

成 交 通 知 书

项目编号：郑港财采磋商-2026-38

温州钰康生物科技有限公司：

你方于 2026 年 08 月 13 日所递交的郑州航空港经济综合实验区 IT 产业园社区服务中心重点企业公寓区 AED 配置项目的响应文件已收悉。经磋商小组评审，现确定你公司为本项目成交人，成交内容如下：

成交单位		温州钰康生物科技有限公司
成交内容		AED（自动体外除颤器）52 台，其中宿舍楼栋 33 台、公寓岗亭 19 台，具体内容详见磋商文件。
成交条件	成交金额	598000.00 元
	交货期限	合同签订后 7 个工作日内供货安装完毕
	交货地点	采购人指定地点
	质保期	整机质保 5 年
	成交范围	磋商文件范围内包含的全部内容
	质量要求	符合国家、行业相关规范合格标准及满足采购人要求。

请贵单位收到本成交通知书后 2 个工作日内立即与采购人联系，办理合同签订等相关事宜。

采购人：（盖章）

采购代理机构：（盖章）

2026 年 08 月 17 日

AED（自动体外除颤器）采购合同

甲方（采购方）：郑州航空港经济综合实验区IT产业园社区服务中心

乙方（供应商）：温州钰康生物科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，经双方友好协商，就甲方向乙方采购 AED（自动体外除颤器）及相关服务事宜，达成如下协议：

第一条 合同标的及技术参数

1. 设备名称：AED（自动体外除颤器）
2. 采购内容：AED（自动体外除颤器）52 台，其中宿舍楼栋 33 台、公寓岗亭 19 台。
3. 技术参数要求：详见附件 1《Y2 技术参数（选配 7 寸屏）》
4. 乙方保证所供设备为全新原厂正品，符合国家医疗器械相关标准、行业规范及公共场所急救设备准入要求，具备完整合法资质文件。

第二条 配套物资及供货要求

1. 成套设备包含：本项目为整体成套交付，52 台 AED 主机对应配备 52 套全套配套物资，物资清单：AED 包、医用剪刀、医用刮毛刀、防护手套、人工呼吸膜、三角铁制指示牌、定制无屏立柜。乙方须保证所有配套物资为全新合格产品，与主机匹配兼容，数量、品类不得缺漏、替换。
2. 供货时效：乙方承诺本项目所有设备及配套物资全程现货供应，合同签订后 7 个工作日内，将全部货物运送至甲方指定全部点位并完成清点交接，供货周期为乙方硬性履约义务。
3. 乙方在运输、装卸过程中产生的货物破损、丢失、受潮、磕碰等一切损失，均由乙方全额承担，并在 24 小时内完成补发、更换，不得影响整体交付进度。

第三条 交货地点及验收

1. 交货地点：华鸿公寓、华鸿干部、豫康一标、豫康二标、豫康三标、豫康四标、山顶公寓、富鑫公寓、富航公寓、港城公寓、鑫荣公寓、新建公寓配置点位（最终安装点位由甲方指定，乙方须无条件配合配送至各点位）。

2. 验收标准：全部验收工作由乙方主动配合、全程陪同完成，验收产生的所有费用由乙方承担：

（1）到货验收：乙方随货提供每台设备对应的出厂合格证、第三方权威检测报告、医疗器械注册证、厂家授权文件等全套资料；甲方核对品牌、型号、数量、配套物资、资质文件，任意一项不符，甲方有权拒收货物；

（2）技术验收：乙方现场配合甲方核验设备全部技术参数、运行状态、各项功能，参数不达标、功能异常、设备故障的，乙方必须当日无条件退换货；

（3）服务验收：乙方完成全部设备安装调试、全覆盖急救培训后，双方签署正式验收报告，验收合格之日为本项目正式验收节点。

乙方义务：若因乙方货物、资料、人员不到位导致验收无法正常进行，视为乙方履约逾期，按本合同第七条违约责任执行。

第四条 合同金额及结算方式

1. 合同总价：人民币 598000 元整（¥伍拾玖万捌仟元整）。本价格为固定含税综合包干价，包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、配套辅材、急救培训、售后质保、税费、备品备件、人工、差旅等本项目全部费用，甲方无需向乙方支付任何额外费用。合同履行期间，乙方不得以物价上涨、成本增加等任何理由要求上调合同价格。

2. 结算方式：乙方应在收到甲方验收合格通知后 15 日内向甲方出具符合甲方财务要求的增值税专用发票后，90 个工作日内据实结算。乙方提供的发票需真实、合法，若因发票问题导致甲方无法抵扣税款或遭受税务处罚，乙方需承担赔偿责任（包括但不限于无法抵扣的税款金额、税务罚款等），且甲方有权暂缓支付款项，直至乙方提供合格发票。

同时甲乙双方确认，因甲方财务审批的特殊性，本协议约定的合作费用需要甲方上级财政审批且拨款到位后才能予以支付，故若因拟付款项未通过审批或者未拨款到位导致甲方无法支付或逾期付款，不

视为甲方违约。

第五条 安装调试与培训服务

1. 安装调试：乙方负责 52 台设备及配套立柜、指示牌等全部物资的现场安装、布设、固定、通电调试，确保每一台设备安装牢固、摆放规范、功能正常，达到随时应急使用标准。安装调试产生的人工、工具、辅材、安全防护等所有费用及安全责任，均由乙方承担。安装过程中造成场地、设施损坏的，由乙方负责修复并赔偿损失。

2. 急救培训义务：乙方须组织专业持证急救讲师，为甲方相关人员提供 1 次全覆盖免费公益培训，培训内容包含 CPR 心肺复苏知识、AED 完整实操使用方法、设备日常巡检注意事项。培训时长、培训场次、参训范围由甲方确定，乙方须提前制定培训方案、准备培训物料，保证培训质量，确保参训人员熟练掌握急救及设备操作技能。培训全程不得向甲方收取任何费用，不得敷衍授课、缩减培训内容。

第六条 质保与售后服务

1. 质保期限：整机及全套配套物资质保期不少于 5 年，自本项目整体验收合格之日起计算。质保期届满后，乙方仍需为甲方提供终身有偿维修、耗材供应服务，收费标准需提前书面报备甲方。

2. 售后要求：乙方必须在项目属地设立固定正规售后网点，配备专职维修人员、常备备品备件，保证售后能力稳定。（固定售后网点地址：郑州市郑东新区商都路商都世贸中心 E 座 1803 联系电话：13903832732）

3. 故障响应与维修时效（硬性标准）：

（1）接到甲方故障报修后，乙方 1 小时内完成响应，明确维修方案、到场时间；

（2）12 小时内维修人员到达故障现场开展检修；

（3）故障自报修起 48 小时内未能彻底排除的，乙方必须在当日提供同规格、同档次全新备用机到位，保障点位急救设备正常配备，直至原设备修复完毕。

4. 耗材更换义务：质保期内，设备因应急救人正常使用导致电极片消耗、损耗的，乙方免费上门更换全新原厂电极片，不限更换次数。

5. 质保维修责任：质保期内，除人为故意损坏、外力恶意破坏外，

设备出现任何故障、配件老化、功能异常，乙方均免费上门维修、免费更换原厂配件，人工、物料、运输、上门等所有费用全部由乙方承担。乙方维修后须出具维修记录，交由甲方存档。

6. 巡检义务：质保期内，乙方每季度主动安排人员上门对全部 52 台设备进行免费例行巡检、功能校准、状态检测，并向甲方提交书面巡检报告，提前排查设备隐患。

第七条 违约责任

1. 逾期交货/安装：乙方未按约定时限完成供货、安装调试的，每逾期一日，按合同总价的 3% 向甲方支付违约金；逾期超过 15 日的，甲方有权单方解除本合同，乙方须全额退还甲方已支付款项，并赔偿甲方因此产生的全部损失。

2. 参数不达标/质量不合格：甲方有权要求退换货，乙方承担由此造成的全部损失；若乙方拒不整改、整改后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方须按合同总价的 20% 向甲方支付违约金，并赔偿甲方全部经济损失。

3. 服务缺失：乙方未按约定开展急救培训、未履行巡检义务、售后响应超时、维修超时、拒绝提供备用机、拒绝免费更换电极片及维修配件的，甲方有权委托第三方代为处理，产生的所有费用直接从应付款项中扣除，同时乙方按单次违约向甲方支付合同总价 5% 的违约金。

第八条 争议解决

1. 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 违约方应承担守约方为追究违约责任的必要合理开支（包括但不限于律师费、诉讼费、公证费、保全费、差旅费、财产保全费、执行费、保险、鉴定、评估、登记、保管费用等）。

第九条 其他

1. 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

2. 本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜，双方协商后签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4. 乙方联系方式、售后地址、负责人、联系电话发生变更的，须提前 3 个工作日书面告知甲方，否则因此导致售后联络中断、响应延迟的，由乙方承担全部违约责任。

(以下为签章区，无正文)

甲方（盖章）：郑州航空港经济综合实验区 IT 产业园社区服务中心
授权代表签字：_____

日期：2026 年 8 月 19 日



乙方（盖章）：温州钰康生物科技有限公司

授权代表签字：陈钰东

日期：2026 年 8 月 19 日



($\pm 0.3\text{kg}$)，具备便携性，

1. 整机重量（含电池，电极片）不大于 2.5Kg（ $\pm 0.3\text{kg}$ ），具备便携把手，适用于公共场所，供不具备医学及相关专业背景的普通群众培训后，对心脏骤停伤病员进行心脏除颤急救时使用

- 江蘇省

7. 除颤技术：采用双相波技术，阻抗自动调节
8. 除颤能量：成人最大输出能量 360J
9. 支持至少 300 次 200J 或 200 次 360J 除颤放电(带屏),支持至少 350 次 200J 或 210 次 360J 除颤放电（不带屏）。

- 第 6 页 共 8 页

长时程房颤数据库；SDDDB：心脏猝死动态心电数据库；SHAOXING：用于心律失常研究的大型 12 导联心电图数据库；AHA：用于评价室性心率失常检测性能的数据库；NST：MIT-BIH 噪声压力数据库；PDB：普美康除颤心律数据库）

显示屏

13. 可选配 7 英寸彩色液晶显示屏，显示 ECG 波形。

14. 显示屏分辨率：800×480

15. 具有自动、室内、室外三种显示模式，自动模式下，显示屏会根据环境光线亮度自动调节亮度

16. 除颤后波形恢复时间<2s

17. 心电波形显示时间最大不小于 6s

18. 电池电量支持多档位分格显示和百分比显示

19. 屏幕上具有电极片粘贴位置提示

20. 可对操作者进行动画指导，提示操作者

21. 主机屏幕支持通过不同颜色，显示按压频率和深度，指导操作者

设备操作

22. 设备支持一键切换语言，最高支持 3 种语音（默认中、英、德，可配置）

23. 一键切换成人/儿童模式

24. 具备语音/动画/图文指导用户执行急救操作

25. 支持用户扫码在线视频和远程服务

26. 可根据环境噪音自动调节音量，音量最高可达 90 分贝

数据传输和存储

27. 支持内置 4G 无线数据传输功能

28. 设备标配内部存储容量 32GB

29. 设备可存储记录数据：自检记录、ECG 波形记录、事件数据、现场录音记录等

30. 设备可存储 ECG 波形 100 小时，自检数据 36500 份，日志数 100000 份，可保存 1200 分钟抢救现场录音

31. 支持 USB 接口，可通过外部闪存设备导出抢救记录数据和设备升级

32. 具备自检功能：具有开机自检、每天、每周、每月、每季度、每半年自检功能。

电池与耗材配件

33. 主机配备高性能一次性锂电池，电池加密识别，待机寿命 6.5 年

34. 低电量报警后可保持 30 分钟工作时间和 10 次 200J 除颤放电或 6 次 360J 除颤放电

35. 电极片有效期 5 年

36. 可选配一体化 CPR 按压反馈电极片，无需额外进行链接操作，方便快捷

37. 设备配置 5 合 1 急救附件包，包含一次性丁腈手套，人工呼吸面膜，剪刀、吸水毛巾、剃毛刀，为志愿者抢救安全及效率提供保障。