

## 政府采购进口产品专家论证意见表

一、基本情况	
申请单位	郑州市第七人民医院
拟采购产品名称	郑州市第七人民医院超广角眼底相机采购项目
拟采购产品金额	170.00 万元
采购项目所属项目名称	郑州市第七人民医院超广角眼底相机采购项目
采购项目所属项目金额	170.00 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
<p>我院因工作需要，拟采购超广角眼底激光成像仪 1 套，用于视网膜多模式成像、视网膜造影、动态造影眼底病诊断。拟采购的设备需具备 1. 真彩超广角眼底成像 2. 自发荧光成像功能 3. 自动拼图 4. 立体视盘拍照模式 5. 外眼及眼睑拍照模式。广角成像模式 130°，超广角成像模式 200°，分辨率 7.3 微米。目前国产的设备配置、相关技术指标及性能相对较弱，拍摄的图片分辨率偏低，图像质量一般，稳定性差，拍摄时间长等不足，局部失真，易造成漏诊、误诊，无法满足我院临床使用需求，故申请购买进口设备。</p>	

三、专家论证意见

拟进口设备不属于《中国禁止进口之品、限制进口之品目录》中  
之禁止、限制进口之品，不违背国家  
强制性规定，符合技术专家  
论证意见，符合进口相关法律  
律、法规、政策规定，同意采  
购进口之品。

专家签字：



2026年5月11日