


政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	关节镜系统
拟采购产品金额	495 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院关节镜系统采购项目
采购项目所属项目金额	495 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述： 进口关节镜系统在核心光学成像、动力刨削、手术器械、射频消融等关键技术性能更优，视野清晰、操作精准、安全性高、稳定可靠，且系统集成与兼容性好，配套技术培训和售后服务完善。目前国产设备在上述方面仍存在一定差距，为满足复杂关节微创手术临床需求、保障手术效果与患者安全、支撑科研教学工作，现申请采购进口关节镜系统。	
三、论证专家意见： <p>目前，国产的光学系统在色差、球差等关键技术指标方面存在一定差距，尤其在转速精度、刨削精度达不到复杂手术的要求。国产产品在精度控制精度、功率精度等方面不能满足特殊手术的要求，同意采购进口产品。</p>	
论证专家签字：	
2026年3月10日	