

— 国家区域医疗中心 —










郑州大学附属郑州中心医院

郑州市中心医院

大型(大宗)医用设备验收报告单

归档编号: 20251229-6990-A1 最终验收时间: 2026年6月30日

设备名称 (注册证名称)	64及以上多排螺旋CT/X射线计算机体层摄影设备	规格型号	uCT 960+	设备编码 (生产批号)	866158	
注册证号	国械注准20203060678	注册人或备案人	上海联影医疗科技股份有限公司	层次类别	<input checked="" type="checkbox"/> 国产 <input type="checkbox"/> 原装进口 <input type="checkbox"/> 进口品牌	
生产企业	上海联影医疗科技股份有限公司			合同 保修时间	5年	
是否使用一次性耗材	是 / <input checked="" type="checkbox"/> 否	生产日期	2026.4.27	使用期限或 者失效日期	10年	
招标 基本 信息	中标通知书 时间	2025年12月26日	资金方式	<input type="checkbox"/> 自筹 <input type="checkbox"/> 科研 <input checked="" type="checkbox"/> 财政		
	招标编号 <small>院内招标不填写</small>	郑财招标采购-2025-446-A (N2024-8)	招标方式	<input type="checkbox"/> 院内议价 <input checked="" type="checkbox"/> 第三方机构公开招标		
	规格型号	uCT 960+	验收台数	1	单价/元	11400000
供货者	上海联影医疗科技股份有限公司			联系人	姓名	王柳云
地址	上海市嘉定区城北路2258号				电话	13027733360
外观、 数量 验收	设备送达日期	2026.6.17				
	外包装是否完好	<input checked="" type="checkbox"/> 完好 <input type="checkbox"/> 不完好		内包装是否完好	<input checked="" type="checkbox"/> 完好 <input type="checkbox"/> 不完好	
	设备拆箱后外观是否有异常	<input checked="" type="checkbox"/> 无异常 <input type="checkbox"/> 有异常		配件与投标文件、合同是否符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	实物配置是否符合招标文件、投标文件要求的配置清单	<input checked="" type="checkbox"/> 配置符合 <input type="checkbox"/> 配置不符合, 缺少_____				
	验收结论	<input checked="" type="checkbox"/> 验收合格, 进行下一项 <input type="checkbox"/> 验收不合格 <input type="checkbox"/> 存在问题, 需二次				
	验收人员签字				日期	2026.6.23
设备安 装调 试、 运行 情况	安装场地是否符合要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 其他_____			厂家工程师	
	设备是否联网	<input checked="" type="checkbox"/> 内网 <input type="checkbox"/> 外网 <input type="checkbox"/> 无			姓名	任科宇
	安装调试后运行状态	<input checked="" type="checkbox"/> 运行良好 其他_____			电话	19972264530

技术质量验收		1、招标、投标文件要求的技术参数共有 <u>323</u> 条。	
	招标文件、投标文件要求的技术参数要求共有几条？满足几条？不满足几条？	2、实物满足招标、投标文件的技术参数要求共有 <u>323</u> 条。	
		3、实物不满足招标、投标文件的技术参数要求共有 <u>0</u> 条。 不满足的条款(简述)如下：（可附页）	
	设备安装、调试、培训是否满意	满意【 <input checked="" type="checkbox"/> 】	不满意【 <input type="checkbox"/> 】
	验收结论	<input checked="" type="checkbox"/> 验收合格，进行下一项 <input type="checkbox"/> 验收不合格 <input type="checkbox"/> 存在问题，需二次复验 <input type="checkbox"/> 是否已经整改	
	使用科室验收人员签字		日期
使用科室负责人员签字		日期	<u>2026.6.29</u>
存放科室负责人签字		日期	<u>2026.6.29</u>
文档验收	合格证明文件、说明书、保修单、等文档等是否齐全	<input checked="" type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 缺少_____	
	报关单、检验检疫报告是否齐全	<input checked="" type="checkbox"/> 非进口产品不适用 <input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 缺少	
	验收结论	<input checked="" type="checkbox"/> 验收合格，进行下一项 <input type="checkbox"/> 验收不合格 <input type="checkbox"/> 存在问题，需二次复验 <input type="checkbox"/> 是否已经整改	
	医学装备部验收人员签字	 魏鹏飞	验收结论
/		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
采购部门	 段世	资产管理部	 吴倩
纪委监察室	