



政府采购进口产品专家论证意见

| | |
|---|----------------------------------|
| 一、基本情况 | |
| 申请单位 | 郑州市中心医院 |
| 拟采购产品名称 | 超声波治疗仪 |
| 拟采购产品金额 | 8万 |
| 采购项目所属项目名称 | 郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心智能磨砂板等23种设备采购项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 331万元 |
| 二、申请理由 | |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取： | |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取： | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。 | |
| 原因阐述：经市场调研，虽然国内已有同类设备生产，但在治疗模式的多样性、输出参数的精准度、治疗处方的科学性、操作便捷性等方面，国产设备尚无法完全满足临床康复治疗需求。进口设备在吸附式治疗头设计、自适应智能调节模式、丰富的循证治疗处方、多频治疗头配置等方面具有明显优势，特申请采购进口产品。 | |
| 三、专家论证意见 | |
| <p style="font-size: 1.2em;">目前国产的超声波治疗仪在吸附式治疗头设计、输出参数的精准度等核心参数无法满足采购人的要求，同意采购进口产品。</p> | |
| 专家签字： | 吴五 |
| 2026年3月19日 | |

政府采购进口产品专家论证意见

| | |
|---|---|
| 一、基本情况 | |
| 申请单位 | 郑州市中心医院 |
| 拟采购产品名称 | 超声波治疗仪 |
| 拟采购产品金额 | 8万 |
| 采购项目所属项目名称 | 郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心智能磨砂板等23种设备采购项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 331万元 |
| 二、申请理由 | |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取： | |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取： | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。 | |
| 原因阐述：经市场调研，虽然国内已有同类设备生产，但在治疗模式的多样性、输出参数的精准度、治疗处方的科学性、操作便捷性等方面，国产设备尚无法完全满足临床康复治疗需求。进口设备在吸附式治疗头设计、自适应智能调节模式、丰富的循证治疗处方、多频治疗头配置等方面具有明显优势，特申请采购进口产品。 | |
| 三、专家论证意见 | |
| <p>进口产品治疗频率为1m. 3.2MHz可呈现不同透热模式。操作便捷。且操作为新显示板向状态。波束均匀性系数2.1。国产设备同治透热同一要求。用透热进口产品。</p> | |
| 专家签字： |  |
| 2020年3月9日 | |


政府采购进口产品专家论证意见

| | |
|--|---|
| 一、基本情况 | |
| 申请单位 | 郑州市中心医院 |
| 拟采购产品名称 | 超声波治疗仪 |
| 拟采购产品金额 | 8万 |
| 采购项目所属项目名称 | 郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心智能磨砂板等23种设备采购项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 331万元 |
| 二、申请理由 | |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取： | |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取： | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。 | |
| <p>原因阐述：经市场调研，虽然国内已有同类设备生产，但在治疗模式的多样性、输出参数的精准度、治疗处方的科学性、操作便捷性等方面，国产设备尚无法完全满足临床康复治疗需求。进口设备在吸附式治疗头设计、自适应智能调节模式、丰富的循证治疗处方、多频治疗头配置等方面具有明显优势，特申请采购进口产品。</p> | |
| 三、专家论证意见 | |
| <p style="font-size: 1.2em;">进口超声波治疗仪在输出参数精准性、智能调节模式自适应、多频治疗头配置等方面较国产产品存在明显技术优势。</p> <p style="font-size: 1.2em;">同意购买进口设备。</p> | |
| 专家签字： |  |
| 2026年3月19日 | |

政府采购进口产品专家论证意见

| | |
|---|-----------------------------------|
| 一、基本情况 | |
| 申请单位 | 郑州市中心医院 |
| 拟采购产品名称 | 超声波治疗仪 |
| 拟采购产品金额 | 85 |
| 采购项目所属项目名称 | 郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心智能磨砂板等23种设备采购项目。 |
| 采购项目所属项目金额 | 3315元 |
| 二、申请理由 | |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取： | |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取： | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。 | |
| 原因阐述：经市场调研，虽然国内已有同类设备生产，但在治疗模式的多样性、输出参数的精准度、治疗处方的科学性、操作便捷性等方面，国产设备尚无法完全满足临床康复治疗需求。进口设备在吸附式治疗头设计、自适应智能调节模式、丰富的循证治疗处方、多频治疗头配置等方面具有明显优势，特申请采购进口产品。 | |
| 三、专家论证意见 | |
| 超声波治疗仪同类设备尚无法完全满足临床需求，进口设备在多方面具有明显优势，特同意进口申请。 | |
| 专家签字：孙翔 | |
| 2026年3月19日 | |

政府采购进口产品专家论证意见

| | |
|---|---|
| 一、基本情况 | |
| 申请单位 | 郑州市中心医院 |
| 拟采购产品名称 | 超声波治疗仪 |
| 拟采购产品金额 | 8万 |
| 采购项目所属项目名称 | 郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心智能磨砂板等23种设备采购项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 331万元 |
| 二、申请理由 | |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取： | |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取： | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。 | |
| 原因阐述：经市场调研，虽然国内已有同类设备生产，但在治疗模式的多样性、输出参数的精准度、治疗处方的科学性、操作便捷性等方面，国产设备尚无法完全满足临床康复治疗需求。进口设备在吸附式治疗头设计、自适应智能调节模式、丰富的循证治疗处方、多频治疗头配置等方面具有明显优势，特申请采购进口产品。 | |
| 三、专家论证意见 | |
| <p>目前国产产品在输出控制、能量输出精度、自适应技术与进口产品存在一定差距，不能满足临床治疗的要求。同意采购进口产品。</p> | |
| 专家签字： |  |
| 2026年3月4日 | |