




政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	短波治疗仪
拟采购产品金额	18万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心智能磨砂板等23种设备采购项目
采购项目所属项目金额	331万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：经市场调研，虽然国内已有同类设备生产，但在输出功率、治疗深度、电极多样化、剂量反馈精准度等核心性能指标上，国产设备尚无法完全满足临床治疗需求。进口设备在大功率输出电极类型多样化、自动调节及剂量反馈功能等方面具有明显优势，特申请采购进口产品	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em;"> 国内同类产品输出功率精度、电极多样化自动反馈的精确性均进口产品存在一定差距，不能满足临床治疗需要。同意采购进口产品。 </p>	
专家签字：	
2026年3月19日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	短波治疗仪
拟采购产品金额	18万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心智能磨砂板等23种设备采购项目
采购项目所属项目金额	331万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
<p>原因阐述：经市场调研，虽然国内已有同类设备生产，但在输出功率、治疗深度、电极多样化、剂量反馈精准度等核心性能指标上，国产设备尚无法完全满足临床治疗需求。进口设备在大功率输出电极类型多样化、自动调节及剂量反馈功能等方面具有明显优势，特申请采购进口产品</p>	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em;">进口短波治疗仪在治疗深度、输出功率、剂量反馈精准度、大功率电极类型多样性等方面较国产产品存在明显的技术优势。同意购买进口设备。</p>	
专家签字：	
2026年3月19日	


政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	短波治疗仪
拟采购产品金额	185元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心智能磨砂板等23种设备采购项目
采购项目所属项目金额	331万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
<p>原因阐述：经市场调研，虽然国内已有同类设备生产，但在输出功率、治疗深度、电极多样化、剂量反馈精准度等核心性能指标上，国产设备尚无法完全满足临床治疗需求。进口设备在大功率输出电极类型多样化、自动调节及剂量反馈功能等方面具有明显优势，特申请采购进口产品</p>	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em;">目前短波治疗仪在大功率输出电极类型，剂量反馈精准度等方面与进口产品存在一定的差距，不能完全满足采购人要求，同意采购进口产品。</p>	
专家签字：	
2026年3月19日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	短波治疗仪
拟采购产品金额	18万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心智能磨砂板等23种设备采购项目
采购项目所属项目金额	331万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
<p>原因阐述：经市场调研，虽然国内已有同类设备生产，但在输出功率、治疗深度、电极多样化、剂量反馈精准度等核心性能指标上，国产设备尚无法完全满足临床治疗需求。进口设备在大功率输出电极类型多样化、自动调节及剂量反馈功能等方面具有明显优势，特申请采购进口产品</p>	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em;">短波治疗仪同类产品无法完全满足临床需求，进口设备在多方面具有明显优势，同意采购进口产品。</p>	
专家签字：	孙翔
2026年3月19日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	短波治疗仪
拟采购产品金额	185元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心智能磨砂板等23种设备采购项目
采购项目所属项目金额	331万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
<p>原因阐述：经市场调研，虽然国内已有同类设备生产，但在输出功率、治疗深度、电极多样化、剂量反馈精准度等核心性能指标上，国产设备尚无法完全满足临床治疗需求。进口设备在大功率输出电极类型多样化、自动调节及剂量反馈功能等方面具有明显优势，特申请采购进口产品</p>	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em;">进口产品在功率、剂量反馈、电极配置等方面优于国产设备，同意采购进口产品</p>	
专家签字：	
2026 年 3 月 19 日	