


政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	测序仪
拟采购产品金额	1500000.00 元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心冰冻切片机等 17 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	3217000.00 元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
<p>原因阐述：进口测序仪在测序精度、数据稳定性、通量扩展性、读长性能等核心技术指标上更为成熟可靠，能满足超深度测序、低丰度突变检测、复杂基因组解析等临床与科研刚需；其配套合规试剂盒、数据分析软件、数据库及行业验证体系完善，临床检测结果可溯源、互认性强，符合室间质评与相关诊疗指南要求；同时设备故障率低、运行稳定，全生命周期数据一致性更有保障。现阶段国产同类设备在关键性能、临床应用生态及合规配套上尚无法完全满足本项目实际工作需求，因此确需采购进口产品以保障检测质量与工作开展。</p>	
三、论证专家意见： <p style="font-size: 1.2em; margin-top: 10px;"> 拟进口设备不属于《中国禁止、限制进口产品目录》中的禁止、限制进口产品，不违背国家法律及倡导性政策、强制性规定，符合提出专家论证意见，符合进口相关法律法规、政策规定。同意采购进口产品。 </p>	
论证专家签字：	
2026年3月20日	