

政府采购进口产品专家论证意见表

一、基本情况	
申请单位	郑州市第七人民医院
拟采购产品名称	眼前后节一体化多功能激光治疗系统
拟采购产品金额	130 万元/套
采购项目所属项目名称	郑州市第七人民医院眼前后节一体化多功能激光治疗系统采购项目
采购项目所属项目金额	130 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
我院眼科门诊承担青光眼、后发性白内障、玻璃体混浊等各类眼前、后节激光治疗工作，需购置一体化多功能激光系统，现申请采购进口设备，理由如下。 本设备集成 532nm SLT 激光与 1064nm YAG 激光，需开展选择性小梁成形术、虹膜周切、后囊切开、玻璃体消融四类手术，对激光能量稳定性、光斑精度、空爆安全阈值、同轴光路设计要求严苛。经市场调研，国产一体化激光设备存在明显技术短板，难以匹配临床需求。进口设备可实现 3ns 超短 SLT 脉冲、0.3-2.6mJ 精细能量调节，最低空气爆破能量≤1.5mJ，治疗创伤小、安全性高；国产设备空爆能量普遍高于 3mJ，易灼伤眼内健康组织，增加手术并发症风险。 设备要求激光与裂隙灯一体化同轴光路，8 μm 微小精准光斑，±500 μm 连续焦平面偏移调节，适配不同眼轴、晶状体混浊患者个体化治疗。国产设备光束汇聚精度不足，光斑均匀性差，无连续前后偏移调节功能，瞄准定位误差大，无法完成精细玻璃体消融与小梁精准光凝。进口设备 LED 裂隙灯多档放大、高透光光学系统，视野清晰，长期连续治疗能量输出波动极小，满足门诊大批量手术稳定开展需求。 目前国产设备多为分体式单功能激光，无法同时集成 SLT 与 YAG 双模式，脉冲控制、光路精密制造核心元器件技术不成熟，长期使用故障率高。该设备不在限制进口产品目录内，为保障诊疗精度、手术安全与长期稳定使用，特申请采购进口眼前后节一体化多功能激光治疗系统。	

三、专家论证意见

进口产品激光能量稳定性好. 单脉冲0.3到2.6mJ. 光斑大小 $\leq 400\mu m$. 可实现3ns超短SLT脉冲. 超高斯光强分布实现 $\leq 1.5mJ$ 最低空气爆破能量. 偏移范围0到 $\pm 500\mu m$ 偏移偏移连续可调, 创伤小, 安全性高. 光束汇聚精度高. 光斑均匀. 定位精准. 可满足临床各种精尖疑难手术的需求. 同意采购进口产品。

专家签字:

谢秋娟

2026年6月28日