

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州人民医院
拟采购产品名称	电子胃镜、电子肠镜
拟采购产品金额	288 万元
采购项目所属项目名称	郑州人民医院电子胃镜、电子肠镜采购项目
采购项目所属项目金额	288 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取；	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取；	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：进口产品具有成像清晰，立体感更强，特别是纤维内镜可视角度大、弯曲度大，使大夫在诊断中观察范围更大。另外进口产品具有特殊光功能，能早期诊查组织癌变，提高大夫准确诊断水平，国产设备目前在临床使用中图像分辨不够高，设备耐消毒能力差，不利于提高我院诊治水平，因此申请采购进口产品。	

三、专家论证意见

采购人采购的电子胃镜、电子肠镜设备,对产品性能、质量、稳定性要求较高。技术要求:具有DVI、SDI、CVBS、S-VIDEO等信号输出方式,23种冻结模式可选,特殊光模式:23种,弯曲角度:向上 $\geq 210^\circ$,向下 $\geq 120^\circ$,向左 $\geq 100^\circ$,向右 $\geq 100^\circ$;电子肠镜 $\geq 170^\circ$ 视野深度:2-100mm 弯曲角度:向上 $\geq 180^\circ$,向下 $\geq 180^\circ$,向左 $\geq 160^\circ$,向右 $\geq 160^\circ$ 等。目前国内产品,国内产品在某些技术方面不能完全满足实际需求,相比国内同类产品,进口产品稳定性好,图像清晰,质量过硬,同时,该类产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》中禁止或限制产品,同意采购进口产品。

专家签字: 李河

2026年7月14日