

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州人民医院
拟采购产品名称	电子胃镜、电子肠镜
拟采购产品金额	288 万元
采购项目所属项目名称	郑州人民医院电子胃镜、电子肠镜采购项目
采购项目所属项目金额	288 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取；	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取；	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：进口产品具有成像清晰，立体感更强，特别是纤维内镜可视角度大、弯曲度大，使大夫在诊断中观察范围更大。另外进口产品具有特殊光功能，能早期诊查组织癌变，提高大夫准确诊断水平，国产设备目前在临床使用中图像分辨不够高，设备耐消毒能力差，不利于提高我院诊治水平，因此申请采购进口产品。	

三、专家论证意见

进口同类产品具有特殊之处时,可对病变部位进行
切除活检,并进行相应分期与辅助治疗。且
进口产品并浮范围大,达到2-100mm,成倍清晰较好。
进入部位更细一般小于10mm以下,更易于进入组织
腔道,便于病人依从性。弯曲度最多达210度,无折
折回变。因此具备有同等同时满足以上所有
要求,因此即可进口。60.

专家签字:



2016年7月14日