

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州人民医院
拟采购产品名称	电子胃镜、电子肠镜
拟采购产品金额	288 万元
采购项目所属项目名称	郑州人民医院电子胃镜、电子肠镜采购项目
采购项目所属项目金额	288 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取；	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取；	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：进口产品具有成像清晰，立体感更强，特别是纤维内镜可视角度大、弯曲度大，使大夫在诊断中观察范围更大。另外进口产品具有特殊光功能，能早期诊查组织癌变，提高大夫准确诊断水平，国产设备目前在临床使用中图像分辨不够高，设备耐消毒能力差，不利于提高我院诊治水平，因此申请采购进口产品。	

三、专家论证意见

拟进口设备不属于《中国禁止、限制进口产品目录》中的禁止、限制进口产品，不违背国家法律、倡导性文件中的强制性规定，符合技术专家论证意见，符合国家法律法规规定，同意采购进口产品。

专家签字：王屹风

2016年7月14日