

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州人民医院
拟采购产品名称	电子胃镜、电子肠镜
拟采购产品金额	288 万元
采购项目所属项目名称	郑州人民医院电子胃镜、电子肠镜采购项目
采购项目所属项目金额	288 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取；	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取；	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：进口产品具有成像清晰，立体感更强，特别是纤维内镜可视角度大、弯曲度大，使大夫在诊断中观察范围更大。另外进口产品具有特殊光功能，能早期诊查组织癌变，提高大夫准确诊断水平，国产设备目前在临床使用中图像分辨不够高，设备耐消毒能力差，不利于提高我院诊治水平，因此申请采购进口产品。	

三、专家论证意见

电子内镜. 电子腹腔镜进口设备是属顶尖的光学成像与诊断能力, 更优的操作体系, 与患者舒适度, 以及长期使用的安全性和兼容性。

进口设备属于国际领先的腹腔镜, 腹腔镜及内镜系统血管和尿管开口, 国产设备, 操作不便, 放大能力有限,

特殊光成像, 拥有窄带成像, 荧光成像等先进技术, 能显著提高早期检出率, 国产设备成像亮度及对比度不足。

视野角度, 进口设备视野角度更大, 所有器械少观察死角, 国产通常视野角小。

进口设备, 操作更灵活, 镜身更细, 更柔软, 减轻患者不适, 兼容性好。

综上所述, 为满足临床需求, 同意进口进口设备。

专家签字:

李进明

2026年 7月 14日