

技术参数：

一、高清图像处理装置（2套）

1. 各投标品牌所投主机为各投标品牌目前国内销售最高端主机
2. 具有 DVI、SDI、CVBS、S-VIDEO 等信号输出方式
3. 具有电子放大功能
4. 具有结构强调和色彩强调功能
5. 具有画中画功能
6. 具有 ≥ 3 种冻结模式可选
7. 具有 ≥ 3 种的测光模式选择功能
8. 特殊光模式： ≥ 3 种
9. 冷光源：LED 光源，光源寿命 ≥ 30000 小时
10. 医用显示器： ≥ 32 寸，分辨率 $\geq 1920 \times 1080$
11. 主机及光源使用寿命 ≥ 10 年
12. 提供图像采集卡 2 套

二、高清电子胃镜（1条）

1. 视野角： $\geq 140^\circ$
2. 观察距离：2—100mm
3. 视野方向：直视
4. 弯曲角度：向上 $\geq 210^\circ$ ，向下 $\geq 120^\circ$ ，向左 $\geq 100^\circ$ ，向右 $\geq 100^\circ$
5. 先端部外径： $\leq 10.2\text{mm}$
6. 插入部外径： $\leq 9.9\text{mm}$
7. 活检孔内径： $\geq 2.8\text{mm}$
8. 具有副送水功能

三、高清电子治疗胃镜（4条）

1. 视野角： $\geq 140^\circ$
2. 视野深度：3—100mm
3. 视野方向： 0° 直视
4. 弯曲角度：向上 $\geq 210^\circ$ ，向下 $\geq 120^\circ$ ，向左 $\geq 100^\circ$ ，向右 $\geq 100^\circ$
5. 先端部外径： $\leq 10.2\text{mm}$
6. 插入部外径： $\leq 9.9\text{mm}$
7. 活检孔内径： $\geq 3.2\text{mm}$
8. 具有副送水功能

四、高清电子放大胃镜（1条）

9. 视野角： $\geq 140^\circ$
10. 视野深度：3—100mm
11. 视野方向： 0° 直视
12. 弯曲角度：向上 $\geq 210^\circ$ ，向下 $\geq 120^\circ$ ，向左 $\geq 100^\circ$ ，向右 $\geq 100^\circ$
13. 先端部外径： $\leq 10.2\text{mm}$
14. 插入部外径： $\leq 9.9\text{mm}$
15. 活检孔内径： $\geq 2.8\text{mm}$
16. 具有光学变焦功能

17. 具有副送水功能

五、高清电子肠镜（2条）

1. 视野角： $\geq 170^\circ$
2. 视野深度： 2—100mm
3. 视野方向： 直视
4. 弯曲角度： 向上 $\geq 180^\circ$ ，向下 $\geq 180^\circ$ ，向左 $\geq 160^\circ$ ，向右 $\geq 160^\circ$
5. 先端部外径： $\leq 13.2\text{ mm}$
6. 插入部外径： $\leq 12.8\text{mm}$
7. 活检孔内径： $\geq 3.8\text{mm}$
8. 具有副送水功能

六、高清电子治疗肠镜（2条）

9. 视野角： $\geq 170^\circ$
10. 视野深度： 2—100mm
11. 视野方向： 直视
12. 弯曲角度： 向上 $\geq 180^\circ$ ，向下 $\geq 180^\circ$ ，向左 $\geq 160^\circ$ ，向右 $\geq 160^\circ$
13. 先端部外径： $\leq 13.2\text{ mm}$
14. 插入部外径： $\leq 12.8\text{mm}$
15. 活检孔内径： $\geq 4.2\text{mm}$
16. 具有副送水功能

配置清单：

1. 高清图像处理装置 2 套
2. 内窥镜冷光源 2 套
3. 高清电子胃镜 1 条
4. 高清电子治疗胃镜 4 条
5. 高清电子放大胃镜 1 条
6. 高清电子肠镜 2 条
7. 高清电子治疗肠镜 2 条
8. 内镜专用台车 2 辆
9. 医用显示器 2 套

与信息系统对接传输检查检验数据产生的费用，由供应商自行承担。