

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	郑州市第二人民医院
拟采购产品名称	红外热疗仪
拟采购产品金额	¥160000.00元
采购项目所属项目名称	郑州市第二人民医院医学装备采购项目(高频皮肤治疗仪、红外热疗仪)
采购项目所属项目金额	¥160000.00元

二、申请理由

☐1. 中国境内无法获取:

☐2. 无法以合理的商业条件获取:

☒3. 其他。

三、专家论证意见

国外进口的红外热疗仪采用高品质红外辐射源,光谱特性匹配人体组织吸收特性,红外输出稳定,辐射率抑制好,可精准调控靶区温度,具备高级的超温逻辑保护。设备在连续长期工作时稳定性高,光源寿命长,人机交互友好。安全保护措施完善,事故安全性好。

鉴于以上技术优势,同意采购进口产品。

专家签字:

李亚国

2026年 9 月 4 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	郑州市第二人民医院
拟采购产品名称	高频皮肤治疗仪
拟采购产品金额	¥690000.00元
采购项目所属项目名称	郑州市第二人民医院医学装备采购项目(高频皮肤治疗仪、红外热疗仪)
采购项目所属项目金额	¥690000.00元

二、申请理由

☐1. 中国境内无法获取:

☐2. 无法以合理的商业条件获取:

☒3. 其他。

三、专家论证意见

参数设计合理,无歧视性及其他性,符合招标采购相关法律法规的要求。具备实时阻抗监测,调节输出功率避免局部过热发生,温控保护反应快。治疗深度重达度高。采用高频射频核心模块,输出功率稳定,能量控制性能好。设备噪音低,电极工艺精密,接触面均匀,术后无灼伤。故障率低长期稳定性高,基于以上优势,同意采购进口产品。

专家签字: 孙卫刚

2026年 9 月 4 日