

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	郑州市第二人民医院
拟采购产品名称	红外热疗仪
拟采购产品金额	¥160000.00元
采购项目所属项目名称	郑州市第二人民医院医学装备采购项目(高频皮肤治疗仪、红外热疗仪)
采购项目所属项目金额	¥160000.00元

二、申请理由

☐1. 中国境内无法获取:

☐2. 无法以合理的商业条件获取:

☒3. 其他。

三、专家论证意见

进口红外热疗仪采用高品质红外辐射管,光谱特性匹配人体组织吸收特性,输出功率稳定,辐射平均功率,可精准调节靶区温度,具备有效的超温连锁保护。另外,设备可连续长期工作,稳定性高,使用寿命长,人机交互友好,安全防护措施完善,疗效确切好。鉴于以上技术优势,同意进口该产品。

专家签字:

陶金柱

2026年9月4日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第二人民医院
拟采购产品名称	高频皮肤治疗仪
拟采购产品金额	¥690000.00元
采购项目所属项目名称	郑州市第二人民医院医学装备采购项目(高频皮肤治疗仪、红外热疗仪)
采购项目所属项目金额	¥690000.00元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
三、专家论证意见	
进口高频皮肤治疗仪。具有实时组织阻抗监测、电功率调节输出能量、避免局部过热碳化、温控保护等优点。治疗效果可靠、重复性好。采用高频射频核心模块。输出功率稳定。能多种制线性好。另外设备噪音低。电极工艺精密。接触面均匀。术后疗效好。设备故障率低。长期稳定性高。整体以上技术优势。同意进口该产品。	
专家签字:	2026年 9 月 4 日