

招标技术参数

设备名称：高频皮肤治疗仪	
★设备功能、用途及达到的要求：通过面部皮肤组织加热以改善皮肤皱纹及痤疮疤痕的侵入式有创治疗，用于皱纹、痤疮、疤痕治疗。	
设备配置及技术参数要求：	
参数标注要求： 1. 标记“★”项的技术参数为实质性要求，若未响应或出现负偏离的其投标无效。 2. 标记“▲”项的技术参数为重要技术参数，未标记符号的为一般技术参数。	
技术参数	
1. 输出模式：连续脉冲输出	
2. 脚踏开关：防水等级≥IP68	
3. 电源：～220V，50Hz	
4. 治疗深度 0.5-3.5mm，进针方式平滑递进，减轻疼痛。	
★5. 设备输出频率：≥2MHZ	
6. 针头类型：负压、非负压、绝缘、非绝缘	
7. 针头规格：9 针、25 针	
8. 一次性治疗头数量 100 个	
★9. 注册证适用范围：通过皮肤组织加热以改善面部皮肤静态皱纹及瘢痕的侵入式有创治疗。	
▲10. 可形成水滴型加热区，热传导逐渐向上，对皮下组织完成全层加热，但对表皮无热损伤。确保治疗的舒适、高效、安全。	
★配置清单要求：	
1. 主机	数量：1 台
2. 电源线	数量：1 套
3. 脚踏开关	数量：1 套
4. 操作手具	数量：1 套