

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第二人民医院
拟采购产品名称	红外热疗仪
拟采购产品金额	¥160000.00元
采购项目所属项目名称	郑州市第二人民医院医学装备采购项目(高频皮肤治疗仪、红外热疗仪)
采购项目所属项目金额	¥160000.00元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
三、专家论证意见	
拟采购设备深部疼痛、炎症等的治疗，目前进口设备能量低，能量高，穿透深度可达15cm，且包含对疼痛治疗最有效的590-1400nm红外光，且目前国内产品在能量输出及水滤夹层过滤等方面，较进口产品仍存在一定差距，尚不能完全满足采购方的临床需求，为提高临床诊疗的安全性、有效性，同意采购进口设备。	
专家签字：	 2026年 9月 4日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第二人民医院
拟采购产品名称	高频皮肤治疗仪
拟采购产品金额	¥690000.00元
采购项目所属项目名称	郑州市第二人民医院医学装备采购项目(高频皮肤治疗仪、红外热疗仪)
采购项目所属项目金额	¥690000.00元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
三、专家论证意见	
拟采购设备用于皱纹、痤疮、疤痕等治疗，目前，进口产品相较同类国产设备，具有治疗起效快，恢复期短，治疗效果维持时间长的优势，进口设备可采用非绝缘微针，最大限度控制射频能量密度，损伤小，且治疗深度可达3.5mm，满足对肥厚皮肤进行治疗需求，国内产品尚不能完全满足上述要求，为减少医疗风险，保证临床安全，同意采购进口设备。	
专家签字：	 2026年 9 月 4 日