

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第二人民医院
拟采购产品名称	红外热疗仪
拟采购产品金额	¥160000.00元
采购项目所属项目名称	郑州市第二人民医院医学装备采购项目(高频皮肤治疗仪、红外热疗仪)
采购项目所属项目金额	¥160000.00元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
三、专家论证意见	
医院拟采购的红外热疗仪，进口产品功率齐全，是有超大功率治疗功率，深层穿透≥20cm，针对皮下深层病变疗效突出，而国产仪器穿透性差，治疗效果差。故同意采购进口产品	
专家签字：	2026年 9 月 4 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	郑州市第二人民医院
拟采购产品名称	高频皮肤治疗仪
拟采购产品金额	¥690000.00元
采购项目所属项目名称	郑州市第二人民医院医学装备采购项目(高频皮肤治疗仪、红外热疗仪)
采购项目所属项目金额	¥690000.00元

二、申请理由

☐1. 中国境内无法获取:

☐2. 无法以合理的商业条件获取:

☒3. 其他。

三、专家论证意见

高频皮肤治疗仪,进口产品频率稳定,安全性好,皮下可形成水滴状加温区,无沉风险,出血少,术后恢复快,治疗效果明显高于国产仪器,同意采购进口产品。

专家签字:



2026年 9月 4日