三、专家论证意见

专家姓名：李家忠

工作单位：复旦大学中山医院

专家意见：

关于电子胃肠镜系统，国外发展早，技术成熟。图像清晰度、色彩还原性，光学放大技术，镜体操控性和产品的耐性等优于国产产品。光学染色5种以内清楚显示特殊技术成熟，而国内产品尚不能完全满足临床需求。

国产专利技术尚不成熟，容易出现漏水，漏光的现象。

同意购买进口产品

技术专家签字：李家忠

2026 年 11 月 2 日