三、专家论证意见

专家姓名：张石革

工作单位：河南中医药大学

专家意见：

经论证，高清电子胃肠内窥镜系统国内产品不能完全满足采购方需求，如：蓝光成像、窄带光成像等内镜图像技术进口产品优于国产产品，尤其是对黏膜微血管和微细结构的显示，能有效提高诊断准确率。故同意采购进口产品。

技术专家签字：张石革

2026年11月2日