三、专家论证意见

专家姓名：尚彩红

工作单位：郑州大学第二附属医院

专家意见：

该项目设备临床用于消化道早癌筛查与内镜下微创治疗，活检息肉切除等微创诊疗操作。采购需求要求设备具有高清成像、视野较大、特殊光成像、优异操作控制性能，进口设备成像技术色彩还原稳定、清晰度高、内镜进体内可变硬度技术到位、进镜阻力小、进镜动力强、镜身耐磨防褶皱好、反复消毒后图像亮点慢、长期使用后故障率低、而国产设备在视野较大、对微小黏膜病变诊断早癌的态度不足、且使用后维修故障率高、不能完全满足采购需求，因素采购进口。

技术专家签字：尚彩红

2026年 11月 2日