政府采购进口产品专家论证意见

<table>
<tr><td colspan="4">一、基本情况</td></tr>
<tr><td>申请单位</td><td colspan="3">郑州人民医院</td></tr>
<tr><td>拟采购产品名称、数量及预算</td><td>射频治疗仪</td><td>1 套</td><td>140.00 万元
(人民币)</td></tr>
<tr><td>采购项目所属项目名称</td><td colspan="3">郑州人民医院射频治疗仪项目</td></tr>
<tr><td>拟采购进口设备预算</td><td colspan="3">140.00 万元(人民币)</td></tr>
<tr><td colspan="4">二、申请理由</td></tr>
<tr><td colspan="4">☐ 1. 中国境内无法获取</td></tr>
<tr><td colspan="4">☐ 2. 无法以合理的商业条件获取</td></tr>
<tr><td colspan="4">☑ 3. 其他</td></tr>
<tr><td colspan="4">原因阐述：射频治疗仪进口设备的功能更为全面，配置更为丰富，进口设备在核心温控技术更精准，具有温感检测功能和只能温控阶段技术，射频能量自动校准，可有效避免烫伤、恢复期长等问题，符合医院“零重大医疗安全事故”的管理要求，故申请采购进口医疗设备。</td></tr>
</table>

三、专家论证意见

专家姓名：[illegible]

专家工作单位：郑大附属耳鼻喉医院

专家电话：13838027785

专家意见：

射频治疗仪主要用于身体、面部皮肤的紧致，对设备的温控技术、和穿透深度、射频温控精度要求较高。目前国产设备与进口产品在某些技术方面存在一定差距，国产设备穿透深度不够、温控精度低，在某些技术要求方面尚不能完全满足临床需求。同意采购进口产品

专家签字 [illegible]

2021 年 11 月 4 日