招标技术参数

设备名称：验光仪
设备配置及技术参数要求：
★设备功能、用途及达到的要求：可以测量屈光状态、还有可以测量角膜曲率测量。
设备配置及技术参数要求：
参数标注要求： 1. 标记“★”项的技术参数为实质性要求，若未响应或出现负偏离的其投标无效。 2. 标记“▲”项的技术参数为重要技术参数，未标记符号的为一般技术参数。
一、参数要求
★1.球镜测量范围：-30.00D—+25.00D (VD=12mm)
2.球镜测量间隔：0.01 D /0.12 D /0.25D
★3.柱镜测量范围：0D—±12D
4.柱镜测量间隔：0.01 D /0.12 D /0.25D
5.轴位测量范围：0°—180°（1°/5°间隔）
6.最小瞳孔直径：2毫米
▲7.角膜曲率半径：5.00-13.00mm（0.01mm间隔）
8.角膜曲率测量范围：25.96D—67.50D(n=1.3375)
9.角膜屈光度测量间隔：0.01/0.12/0.25D间隔
10.散光测量范围：0D—±12.00D
11.散光测量间隔：0.01 D /0.12 D /0.25D
12.轴位：0°—180°（1°/5°间隔）
13.瞳距测量范围：30-80mm（1mm间隔）
14.瞳孔尺寸测量范围；1-10mm（0.1mm间隔）
15.角膜尺寸测量范围；10-14mm（0.1mm间隔）

▲16.显示器；可倾斜≥6.5 英寸彩色 LCD 液晶屏
17.打印机：内置热敏行式打印机
★18.下颌托；具有电动升降功能
19；带有手动操作手柄
20.接口：RS-232C ，USB，LAN
★配置清单要求：
1. 主机　　数量：1 台
2. 升降台　　数量：1 台