招标技术参数

设备名称：数码裂隙灯显微镜
设备配置及技术参数要求：
★设备功能、用途及达到的要求：可拍摄眼角膜、巩膜、前房、虹膜、晶体、眼底视网膜等数码照片，并且诊查过程同步动态显示。
设备配置及技术参数要求：
参数标注要求： 1. 标记“★”项的技术参数为实质性要求，若未响应或出现负偏离的其投标无效。 2. 标记“▲”项的技术参数为重要技术参数，未标记符号的为一般技术参数。
一、参数要求
1.显微镜
1.1 显微镜类型：伽利略双目汇聚式立体显微镜
1.2 变倍方式： 5X 鼓式旋转
1.3 目镜：12.5x
1.4 放大倍数：5x(6x,10x,16x,25x,40x);
1.5 实际视野：≥ 5x(37,24,14,8,5.2mm)
★1.6 双目夹角：6°
1.7 瞳距调节： 瞳距调节：50～80mm
1.8 屈光度调节：≥-8～+8D
2 裂隙灯
2.1 最小裂隙开孔/丁达尔点：0 .2 mm
★2.2 裂隙长度：1-15mm 连续可调
★2.3 裂隙宽度：0-15mm 连续可调
2.4 出光孔径：0.2/1/3/5/10/15mm

2.5 滤光片：热吸收式、钴蓝、绿（无赤光）、灰、黄色滤光片、弥散片
2.6 裂隙角度：±90 °，连续调节
2.7 垂直裂隙倾斜角度：0°-5°-10°-15°-20°，有利于水平观测及侧向观测，对眼角及眼底的诊察提供最大的助益与便利。
▲2.8 亮度≥220000 LUX 连续可调
▲2.9 辅助光源：红外光，白光
3 数码成像系统
▲3.1 具有眼科 CCD 传感器相机, 像素尺寸≥2248x2048。
3.2 动态范围：≥70dB
3.3 具有可变光圈，可与软件同步调节
3.4 每秒帧数：≥35
4 分析软件
4.1 支持实时动态视频显示
4.2 图像处理功能：病灶长度、角度、面积等测量功能
4.3 病人数据及图像资料数据库管理，具有存档、检索、统计分析功能。
4.4 支持 DICOM，PACS，WORKLIST 等医院系统的接入。
★配置清单要求：
1. 主机 数量：1
2. 电脑 数量：1
3. 升降台 数量：1
4. 打印机 数量：1