招标技术参数

设备名称：综合验光仪	质量层次：进口
★设备功能、用途及达到的要求：应用于视力屈光度数的主观精调测量，在客观电脑验光的基础上进行主观验光是保证整体验光结果。	
设备配置及技术参数要求：	
参数标注要求： 1. 标记“★”项的技术参数为实质性要求，若未响应或出现负偏离的其投标无效。 2. 标记“▲”项的技术参数为重要技术参数，未标记符号的为一般技术参数。	
1 验光头（配电动综合台）	
★1.1 球镜;-29.00D——+26.75D	
1.2 球镜测量间隔：0.01 D /0.12 D /0.25D	
★1.3 柱镜：0—±8.75D	
1.4 柱镜测量间隔：0.01 D /0.12 D /0.25D	
1.5 轴位;0° ——180° （1° /5° /15° 精度）	
1.6 交叉柱镜：±0.25/±0.50D	
1.7 旋转棱镜：0 ~ 20△（0.1/0.2/0.5/1/2△单位）	
1.8 辅助镜片：遮挡片，小孔镜（直径 2mm），红色马氏杆镜片，红/绿镜片，偏振片（45° /135° ），PD 检查镜	
1.9 瞳距：48 ~ 80mm	
▲1.10 控制器屏幕：可反转彩色触摸屏。	
1.11 视觉区域：≥36°（12mm）	
2.视力表灯箱	
2.1 光学距离： 5m	
2.2 工作距离：1.1m	
2.3 视标种类：27 种	
2.4 显示方式：水平显示，垂直显示，单一图像	

2.5 滤镜：红绿滤镜
2.6 视标切换方式：遥控器
2.7 视标切换速度：0.24 秒/幅
★2.8 光源：白色 LED
2.9 自动休眠功能：5 分钟/10 分钟/不休眠
★配置清单要求：
1.验光头　　数量：一台
2.视力表灯箱　　数量：一台
3.升降桌子　　数量；一台