政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第二人民医院
拟采购产品名称	1.数码裂隙灯显微镜 2.综合验光仪 3.验光仪
拟采购产品金额	1.数码裂隙灯显微镜：204000元 2.综合验光仪：219000元 3.验光仪（3台）：345000元
采购项目所属项目名称	郑州市第二人民医院医学装备采购项目 （验光仪和数码裂隙灯）
采购项目所属项目金额	768000元
二、申请理由	
□1、中国境内无法获取:	
□2、无法以合理的商业条件获取：	
☑3、其他。	
原因阐述： 拟申请采购进口数码裂隙灯显微镜、综合验光仪、验光仪，用于眼科屈光筛查、眼前节检查及主观验光。进口设备光学精度高、立体成像稳定，裂隙调节、镜片度数控制精准，成像画质优异，可同步采集影像、动态视频，配套软件能稳定对接院内PACS系统，满足病历存档、数据管理需求。经调研，国产设备难以同时达到本次所需光学、调节精度指标，为保障眼科诊疗质量，申请采购进口设备。	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、专家论证意见

专家姓名：张平卫

工作单位：河南昇融律师事务所

专家意见：

拟采购的数码裂隙灯显微镜、综合验光仪、验光仪，不属于国家禁止进口和限制进口的产品，采购上述进口产品符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和政策的规定，同意采购进口产品。

专家签字：张平卫（法律）

2026年11月6日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App