

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	中牟县妇幼保健院
拟采购产品名称	高频治疗仪
拟采购产品金额	104.00万元
采购项目所属项目名称	中牟县妇幼保健院高频治疗仪设备采购项目
采购项目所属项目金额	104.00万元
二、申请理由	
☒ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☐ 3. 其他。	
原因阐述:	
本项目拟采购的高频治疗仪,核心技术要求为单极射频+线性超声同步输出,治疗探头需实现1%步进精准调控、10-30℃精准温控,面部探头功率$\geq 110W$ ≥ 90档可调,同时支持网络互联与远程软件升级。目前国内同类产品无法突破核心技术壁垒,关键精度、性能指标及安全稳定性均无法满足临床刚需,无合格国产替代产品,符合政府采购进口产品相关规定。特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
目前,国产产品在温控精度、功率能量控制、抗干扰能力,自动控制反馈要求与进口产品存在一定差距,不能满足特殊病人的治疗需要。同意采购进口产品。	
专家签字:	2026年11月12日