

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	中牟县妇幼保健院
拟采购产品名称	高频治疗仪
拟采购产品金额	104.00万元
采购项目所属项目名称	中牟县妇幼保健院高频治疗仪设备采购项目
采购项目所属项目金额	104.00万元
二、申请理由	
☒ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☐ 3. 其他。	
原因阐述:	
本项目拟采购的高频治疗仪, 核心技术要求为单极射频+线性超声同步输出, 治疗探头需实现1%步进精准调控、10-30℃精准温控, 面部探头功率$\geq 110W$ ≥ 90档可调, 同时支持网络互联与远程软件升级。目前国内同类产品无法突破核心技术壁垒, 关键精度、性能指标及安全稳定性均无法满足临床刚需, 无合格国产替代产品, 符合政府采购进口产品相关规定。特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
进口产品: 具有射频+超声同步输出, 可同时对皮下脂肪(皮肤)进行超声振荡与超声溶化, 消除多余脂肪, 更精细的调节补脂, 档次上可同, 对应不同的人群, 面部控制精准, 功率精准, 多档控制, 精度均在1%以内, 精准同步, 同时具有超声同步输出, 无误差, 满足临床需求, 同意采购进口产品。	
专家签字:	 2026 年 5 月 12 日