

政府采购单一来源产品专家论证意见

(本表格由专家签名后报送管理部门)

技术专家 1

论证意见:

- 1) 使用原厂配套的 T7 SM FCL PE100 和 PE150 试剂是确保高通量测序数据质量的关键因素。
- 2) 专为精准医学研究设计, 特别适用于药物毒副反应基因位点的检测。
- 3) 配套使用可最大限度发挥设备性能, 满足科研项目对数据精度的严格要求。
- 4) 其它品牌试剂无法达到同等技术指标和数据可靠性。

专家签字: 郭向前

技术专家 2

论证意见:

1. 该项目研发的毒副反应检测试剂盒基于特定测序平台进行验证。
2. 仅原厂 T7 SM FCL PE100 和 PE150 试剂能够满足药物基因组学检测对数据质量的高标准要求。
3. 使用其他品牌试剂将严重影响检测结果的可信性。
4. 关系到临床应用安全, 必须保证技术方案和试剂的完整性和一致性。

专家签字: 李霞

技术专家 3

论证意见:

1. 必须使用原厂配套的 T7 SM FCL PE100 和 PE150 试剂才能保证测序数据的准确性和稳定性。
2. 专为药物基因组学研究设计, 能够精准检测与严重毒副反应相关的基因位点。
3. 与现有技术平台高度匹配, 可确保试剂盒研发项目顺利推进。

专家签字: 段少峰

项目负责人(签字):

单位(公章):

日期: 2025 年 12 月 9 日




表 2:

进口单一来源论证专家名单

姓名	工作单位	技术职务	联系电话	备注
郭向前	河南大学	教授	13603820623	技术专家
段少锋	河南大学	教授	17752572059	技术专家
李懿	河南省疾病预防控制中心	副主任技师	15837189100	技术专家

填表说明: 1、备注栏应注明专家的身份, 即 3 名技术专家;
2、所有专家只能从本单位以外产生。

项目负责人(签字):

单位(公章):

日期: 2025 年 12 月 9 日

