

浚县人民医院除颤仪采购项目 更正公告

一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：浚财招标采购-2024-132
- 2、原公告的采购项目名称：浚县人民医院除颤仪采购项目
- 3、首次公告日期及发布媒介：2024年11月04日、《河南省政府采购网》《鹤壁市政府采购网》、《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》
- 4、原投标截止时间(投标文件递交截止时间)：2024年11月26日09时00分（北京时间）

二、更正信息

- 1、更正事项：☒ 采购公告 ☒ 采购文件

- 2、原文件获取时间：2024年11月04日-2024年11月12日（北京时间）

文件获取截至时间变更为：2024年11月19日23时59分（北京时间）

- 3、原开标时间：2024年11月26日09时00分（北京时间）

开标时间变更为：2024年12月05日09时00分（北京时间）

- 4、原采购信息内容

原采购文件第三部分采购清单及技术要求中，一、采购清单及技术要求：序号2、除颤仪选配（2台）技术参数：18.★具有监护功能：血氧饱和度、无创血压，

18.1★无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）；

18.2★提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证（投标文件中需提供三类注册、CE认证）。

变更为

18.★具有监护功能：血氧饱和度、无创血压；

18.1无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）；

- 5、响应文件提交

时间：2024年12月05日09时00分

地点：浚县公共资源交易中心第一远程开标室，潜在供应商应在响应文件提交截止时间前，通过鹤壁市政府采购交易系统上传加密电子响应文件。

- 6、响应文件开启

时间：2024年12月05日09时00分

地点：浚县公共资源交易中心第一远程开标室，供应商自行选择任意地点参加远程开标会。

三、其他补充事宜

无。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息：

采购人：浚县人民医院

地址：浚县浚州街道办事处浚州大道西段路北

联系人：赵树湘

电话：15839271010

2. 采购代理机构信息

名称：河南古基工程管理有限公司

地址：浚县浚州大道浚州街道办事处西100米路南九州通医药公司

联系人：单彦飞

联系电话：15039221553

3. 监督联系方式

联系人：浚县财政局采购办

联系电话：0392-6631853