

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见 包 2

| | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 专业人员信息 | 姓名: 刘世明 | |
| | 职称: 工程师 | |
| | 工作单位: 河南省妇幼保健院 | |
| 项目信息 | 项目名称: 郑州大学第三附属医院(河南省妇幼保健院)2025年度河南省免费避孕药具采购项目 | |
| | 供应商名称: 无锡市天一医疗器械有限公司 | |
| 专业人员论证意见 | 根据招标文件对铜宫内节育器要求20%~24%的硫酸盐和99.99%纯度的高导电铜管以及尾尼龙丝制成的特殊要求,经查询国家药品监督管理局数据库,只有无锡市天一医疗器械有限公司产品符合要求,建议第一标段中标。 | |
| 专业人员签字 | 刘世明 | 日期: 2025年07月15日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。