



政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	荥阳市人民医院
拟采购产品名称	血液透析机滤过机
拟采购产品金额	540000.00元
采购项目所属项目名称	荥阳市人民医院新技术新项目开展及临床服务能力提升所需配备设备采购项目
采购项目所属项目资金	4790000.00元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1、中国境内无法获取	
<input type="checkbox"/> 2、无法以合理的商业条件获取	
<input checked="" type="checkbox"/> 3、其它	
<p>原因阐述：透析设备是治疗设备，病人的血在设备内交换治疗，所以要求设备的安全性是第一的，所以在性能稳定、技术成熟、安全度、控制精准度、患者安全度上要求非常严格。目前国内产品在核心技术方面与进口产品上有一定的差距，考虑临床治疗需求，我院申请采购进口产品。</p>	
三、专家论证意见	
<p>国产同类产品报警模式相较于进口产品少(至少两种)；技术参数监测，如血压监测误差大于3mmHg，安全性稳定性较差等方面较国内同类产品差。故同意采购进口产品，以确保临床需求。</p>	
专家签字	2024年4月26日 

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	荥阳市人民医院
拟采购产品名称	血液透析机滤过机
拟采购产品金额	540000.00元
采购项目所属项目名称	荥阳市人民医院新技术新项目开展及临床服务能力提升所需配备设备采购项目
采购项目所属项目资金	4790000.00元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1、中国境内无法获取	
<input type="checkbox"/> 2、无法以合理的商业条件获取	
<input checked="" type="checkbox"/> 3、其它	
<p>原因阐述：透析设备是治疗设备，病人的血在设备内交换治疗，所以要求设备的安全性是第一的，所以在性能稳定、技术成熟、安全度、控制精准度、患者安全度上要求非常严格。目前国内产品在核心技术方面与进口产品上有一定的差距，考虑临床治疗需求，我院申请采购进口产品。</p>	
三、专家论证意见	
<p>血液透析滤过机与透析机不同的是双泵技术。目前此类产品国内厂家还是泵的运行技术不成熟，稳定性差控制精度差，与进口产品还有一定的差距，同意采购进口产品。</p>	
专家签字	
	2024年4月26日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	荥阳市人民医院
拟采购产品名称	血液透析机滤过机
拟采购产品金额	540000.00元
采购项目所属项目名称	荥阳市人民医院新技术新项目开展及临床服务能力提升所需配备设备采购项目
采购项目所属项目资金	4790000.00元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1、中国境内无法获取	
<input type="checkbox"/> 2、无法以合理的商业条件获取	
<input checked="" type="checkbox"/> 3、其它	
<p>原因阐述：透析设备是治疗设备，病人的血在设备内交换治疗，所以要求设备的安全性是第一的，所以在性能稳定、技术成熟、安全度、控制精准度、患者安全度上要求非常严格。目前国内产品在核心技术方面与进口产品上有一定的差距，考虑临床治疗需求，我院申请采购进口产品。</p>	
三、专家论证意见	
<p>论证意见：血液透析机滤过机进口设备。技术更成熟，性能稳定。调速程序更安全。具有光电和超声双重报警系统。红光警示以红光补偿。不产生臭氧或做性漏血。超滤器精度1%。目前国内同类设备尚有一定差距，为保证患者血液安全。同意采购进口设备。</p>	
专家签字	2024年 6月 26日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	荥阳市人民医院
拟采购产品名称	血液透析机滤过机
拟采购产品金额	540000.00元
采购项目所属项目名称	荥阳市人民医院新技术新项目开展及临床服务能力提升所需配备设备采购项目
采购项目所属项目资金	4790000.00元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1、中国境内无法获取	
<input type="checkbox"/> 2、无法以合理的商业条件获取	
<input checked="" type="checkbox"/> 3、其它	
<p>原因阐述：透析设备是治疗设备，病人的血在设备内交换治疗，所以要求设备的安全性是第一的，所以在性能稳定、技术成熟、安全度、控制精准度、患者安全度上要求非常严格。目前国内产品在核心技术方面与进口产品上有一定的差距，考虑临床治疗需求，我院申请采购进口产品。</p>	
三、专家论证意见	
<p>进口设备报警方式的多样可保障患者在复杂状态下的操作保护。(种)上的报警值报警声提示大决与护士对患者的治疗与护理水平。在作白在血细胞计数之误差$\leq 3\mu\text{mHg}$。设备能保持于稳定。国内设备报警方式无号两足该种设备需求。因此同意该设备进口。</p>	
专家签字	2024年 4 月 26 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	荥阳市人民医院
拟采购产品名称	血液透析机滤过机
拟采购产品金额	540000.00元
采购项目所属项目名称	荥阳市人民医院新技术新项目开展及临床服务能力提升所需配备设备采购项目
采购项目所属项目资金	4790000.00元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1、中国境内无法获取	
<input type="checkbox"/> 2、无法以合理的商业条件获取	
<input checked="" type="checkbox"/> 3、其它	
原因阐述：	透析设备是治疗设备，病人的血在设备内交换治疗，所以要求设备的安全性是第一的，所以在性能稳定、技术成熟、安全度、控制精准度、患者安全度上要求非常严格。目前国内产品在核心技术方面与进口产品上有一定的差距，考虑临床治疗需求，我院申请采购进口产品。
三、专家论证意见	
专家签字	拟进口设备不属于《中国禁止进口、限制进口产品目录》中禁止进口、限制进口的设备，不违背法律强制性规定。符合技术专家论证意见符合进口相关法律规定，同意采购进口产品。 2024年 4月26 日