

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况			
申请单位	郑州人民医院		
拟采购产品名称、 数量及预算	激光治疗系统	1 套	160.00 万元 (人民币)
采购项目所属项 目名称	郑州人民医院激光治疗系统项目		
拟采购进口设备 预算	160.00 万元(人民币)		
二、申请理由			
☐ 1. 中国境内无法获取			
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取			
☒ 3. 其他			
原因阐述：目前 C02 脉冲激光治疗仪主要用于皮肤科的治疗，妇科以及烧伤疤痕治疗，这些深度较深的疤痕要求设备光斑密度高、控制精准，减少热损伤和，国产产品单脉冲能量最大一般在 400MJ，单脉冲的穿透深度一般最大在 500um，脉冲达不到 0.01 秒的水平，不能满足对复杂病患治疗的需求。			

三、专家论证意见

专家姓名：

谢世尧

专家工作单位：

河南省胸科医院

专家电话：

13213208656

专家意见：

目前，国产同素设备与脉冲能量与进口产品相比，达不到进口的一次效果，同素条均进口产品。

专家签字

谢世尧

2015年8月11日