

三、专家论证意见

专家姓名: 梁毅方

专家联系方式: 13503719821

专家工作单位: 河南省医疗器械检验所

专家意见:

目前, 国产产品, 达不到0.05%手集一次
滤芯, 在通量方面达不到30分钟完成380
个以以上的样本量, 在蛋白检测方面
达不到微量的定量检测, 另外在
处理方面, 进口产品也优于国产产品
对于该试剂用科学研究, 对通量,
灵敏度, 数据分析等有较高要求,
同意该试剂采购进口产品。

技术专家签字:

梁毅方

2024年9月15日