

进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第二人民医院
拟采购产品名称	颌面动力系统
拟采购产品金额	42.5 万元
采购项目所属项目名称	郑州市第二人民医院 2025 年医学装备采购项目（颌面动力系统）
采购项目所属项目金额	42.5 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取；	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取；	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 颌面动力系统是眼眶手术的关键和核心设备，对产品质量要求高。进口产品主机平台化设计，一机多用，可连接高速磨钻、微型摆锯等多种手柄实现打磨和切割等不同功能，提高主机利用效率；国产产品平台通用性差，同一平台所能驱动的马达种类不齐全，影响手术效率、医院经济效益以及设备的管理成本更高。另外也影响了高难度手术的开展。 进口产品主机系统可进行智能化编程，具有扭矩设置功能，可以自由定制手柄运行的速度与力量的协调程度，在术中切割打磨更加精准安全。国产产品无此项调节功能。由于国产产品无法满足实际手术工作要求，且此设备不属于《中华人民共和国禁止进口、限制进口产品目录》中禁止或限制产品，建议采购进口产品。	
三、专家论证意见	
技术专家 进口同类产品可兼容多种设计，配件齐全，规格型号多样，可满足不同类型手术要求。且手柄与主机连接方便，手柄转速高，可满足不同手术操作要求。且进口产品价格高，性价比低，国产设备设计相对简单，操作不便，不能完全满足医院临床需求。同意采购进口产品。	
专家签字： 2025 年 11 月 6 日	