

设备验收报告

验收单位：郑州市第六人民医院

验收时间：2025 年 1 月 28 日

设备名称	纳米孔基因测序分析系统	设备型号	G100-ER	设备序列号	250E100001
生产厂家	杭州华大序风科技有限公司	层次类别	原装进口： ☐ 合资： ☐ 国产： ☒		
出厂日期	2025. 10	使用期限或失效日期	7年	注册证号	
招标基本信息	中标通知书时间	2025. 10. 15	招标地点	郑州市公共资源交易中心	
	招标编号	2025-317	招标方式	公开招标	
	中标型号	华大序风G100-ER	中标价格	256250. 00元	
供货公司	通用技术河南省医药有限公司	联系人	田硕	电话	17530293873

设备安装运行情况：

厂家工程师签字：林晓波

联系方式：15063359738

设备验收情况：

1. 设备是否完好无损（原包装、外观等）：

是 ☒ 否 ☐
2. 设备资料、附件等是否齐全：

齐全 ☒ 不齐全 ☐
3. 设备安装场地是否符合要求：

符合 ☒ 基本符合 ☐ 不符合 ☐
4. 设备标识是否齐全：

齐全 ☒ 不齐全 ☐
5. 设备运行情况是否正常：

正常 ☒ 不正常 ☐
6. 设备技术参数是否达到要求：

达到 ☒ 基本达到 ☐ 达不到 ☐
7. 设备安装、调试是否正常：

是 ☒ 否 ☐
8. 培训是否满意：

满意 ☒ 基本满意 ☐ 不满意 ☐
9. 安装设备是否与中标承诺配置相符：

符合 ☒ 不符合 ☐
10. 设备验收其他情况说明：

设备验收情况签字确认

使用科室：医学检验科	验收人：田硕	负责人：田硕
财务科验收人：刘业业	招采办验收人：牛高远	医学装备科验收人：张

信息科验收人：虎磊磊

