

调研技术参数模板

申请科室：神经外科

调研设备名称及型号：颈动脉剥脱手术器械	调研设备生产厂家：德国斯泰克
调研设备型号：颈动脉剥脱手术器械	
设备配置及技术参数要求：	
1 显微剥离器剥离器 19cm/01, 5mm, 铲形	
2. 显微剥离器球头剥离器 19cm/45°	
3 显微剥离器球头剥离器 19cm/直形	
4. 血管钳颈动脉无损伤钳, 18cm, 环形	
5 吸引管泪滴状吸引管, 工作长度 140mm, 1.33mm	
6 医用剪碳化钨医用剪刀 18cm 直形, 尖/尖	
7 医用剪碳化钨医用剪刀 18cm 弯形, 尖/尖	
8 显微剪显微剪刀直形 18cm, 圆手柄, 尖/尖, 长矛形头端	
9 显微剪显微剪刀 18cm/45°, 圆手柄, 带保护球, 刀片长度 10mm	
10 显微剪超级显微剪刀 15cm, 弯形头端, 圆手柄 8mm, 刀片 12mm, 尖/尖	
11 显微镊超级显微镊 15cm, 直形圆手柄 8mm, 头端 0, 1mm, 尾端带平衡装置	
12 显微持针钳显微持针器 18cm/09mm, 直形, 有锁扣, 11x0, 8mm 头端钻石涂层, 流线型	
13 显微持针钳显微持针器 18cm/09mm, 弯形, 有锁扣, 11x0, 8mm 头端钻石涂层, 流线型	
配置清单要求：	
1. 显微剥离器	数量：3 把
2. 血管钳	数量：1 把
3. 吸引管	数量：2 把
4. 医用剪	数量：2 把
5. 显微剪	数量：3 把
6. 显微镊	数量：1 把
7. 显微持针钳	数量：2 把

调研技术参数模板

申请科室：神经外科

调研设备名称及型号：颈动脉剥脱手术器械	调研设备生产厂家：金钟
调研设备型号：颈动脉剥脱手术器械	
设备配置及技术参数要求：	
请用多级序号标注序号	
1 脑内剥离器 24cm 枪形上弯叶片头 1.5×1.5	
2. 脑内剥离器 19cm 直形角弯水滴头 ϕ 0.8×4	
3 脑内剥离器 19cm 直形直水滴头 ϕ 0.8	
4. 血管钳 20cm 上腔静脉多弯	
5 吸引管 14cm 直 ϕ 1.8 带刻线	
6 组织剪综合剪 18cm	
7 组织剪综合剪 18cm 弯	
8 显微剪 18cm 直刃长 10	
9 显微剪 21cm 侧弯 45° 刀长 10	
10 显微剪 18cm 盖板式左弯	
11 显微镊 15cm 平台头宽 0.4 带定位	
12 显微持针钳 18cm 头宽 0.8 带锁	
13 显微持针钳 18cm 弯头宽 0.8 带锁	
配置清单要求：	
1. 剥离器	数量：3 把
2. 血管钳	数量：1 把
3. 吸引管	数量：2 把
4. 医用剪	数量：2 把
5. 显微剪	数量：3 把
6. 显微镊	数量：1 把
7. 显微持针钳	数量：2 把

调研技术参数模板

申请科室：神经外科

调研设备名称及型号：颈动脉剥脱手术器械	调研设备生产厂家：新华
调研设备型号：颈动脉剥脱手术器械	
设备配置及技术参数要求：	
请用多级序号标注序号	
1 显微剥离器叶片状头端，直型，工作长度 180mm	
2. 显微剥离器泪滴状头端，40°，工作长度 190mm	
3 显微剥离器 泪滴状头端，直型，工作长度 190mm	
4 血管钳无损伤钳，18cm, 环形	
5 吸引管吸力可调，工作端长度 140–200mm	
6 医用剪医用剪刀 18cm 直形	
7 医用剪医用剪刀 18cm 弯形	
8 显微剪枪式显微剪(标准型，直头)，刺刀状，总长 200mm	
9 显微剪枪式显微剪(上弯)，刺刀状，刃口带细齿，总长 200mm	
10 显微剪枪式显微剪(标准型，直头)，刺刀状，总长 150mm	
11 显微镊深部枪式显微镊(直头)，刺刀状，总长 150mm, 头端宽度 0.6mm	
12 显微持针钳显微持针钳，直型，直头，钛合金材质，超轻镂空手柄，总长≥170mm, 工作端长度 50mm。	
13 显微持针钳显微持针钳，直型，上弯头，钛合金材质，超轻镂空手柄，总长≥170mm, 工作端长度 50mm。	
配置清单要求：	
1. 显微剥离器	数量：3 把
2. 血管钳	数量：1 把
3. 吸引管	数量：2 把
4. 医用剪	数量：2 把
5. 显微剪数量：	3 把
6. 显微镊	数量：1 把
7. 显微持针钳	数量：2 把

通用技术参数模板

申请科室：神经外科

设备名称：颈动脉剥脱手术器械

设备配置及技术参数要求：

1. 显微剥离器剥离器 18-20cm/01, 5mm, 铲形
2. 显微剥离器球头剥离器 18-20cm/45°
3. 显微剥离器球头剥离器 18-20m/直形
4. 血管钳颈动脉无损伤钳, 18. 5cm, 环形
5. 吸引管泪滴状吸引管, 工作长度 145mm, 1. 30mm
6. 医用剪碳化钨医用剪刀 16-19cm 直形, 尖/尖
7. 医用剪碳化钨医用剪刀 16-19cm 弯形, 尖/尖
8. 显微剪显微剪刀直形 18-20cm, 圆手柄, 尖/尖, 长矛形头端
9. 显微剪显微剪刀 16-20cm/45° , 圆手柄,
10. 显微剪超级显微剪刀 14-16cm, 弯形头端,
11. 显微镊超级显微镊 16-17cm, 直形圆手柄 8mm, 头端 0, 1mm, 尾端带平衡装置
- 12 显微持针钳显微持针器 17-20cm/09mm, 直形, 有锁扣,
- 13 显微持针钳显微持针器 17-20cm/09mm, 弯形, 有锁扣,

配置清单要求：

- | | |
|----------|---------|
| 1. 显微剥离器 | 数量： 3 把 |
| 2. 血管钳 | 数量： 1 把 |
| 3. 吸引管 | 数量： 2 把 |
| 4. 医用剪 | 数量： 2 把 |
| 5. 显微剪 | 数量： 3 把 |
| 6. 显微镊 | 数量： 1 把 |
| 7. 显微持针钳 | 数量： 2 把 |

