

三、专家论证意见

专家姓名:

李世峰

专家联系方式:

专家工作单位: 汉光研究所

专家意见:

进口双屏X线密度仪. 由于起步早. 技术成熟. 数据
接收分辨率高. 满足亚洲. 中国国内人群密度检测
需求. 进口X线密度仪. 在X线剂量减少
60%的情况下. 剂量更清晰. X线剂量控制更精
确. 国产设备则在剂量设置. 数据完整性. 方面有所
欠缺. 满足临床诊断要求. 同意进口.

技术专家签字:

李世峰

2016年1月4日