

三、专家论证意见

专家姓名: 李亚娟

专家联系方式:

专家工作单位: 郑大=PIE 院

专家意见: 非同步定量CT、螺旋CT、进口设备、
高精度数字成像、螺旋快速扫描、多通道探测器、
等技术、获得更清晰的图像。核心指标如分辨率、CV
值更优, 测量误差低。硬件集成度高。更加大的
综合评估能力。扫描速度更快, 故障率相对国产
设备更低。目前国内同类设备尚有一定差距, 同
意采购进口设备

技术专家签字: 李亚娟

2016年1月4日