

三、专家论证意见

专家姓名:

梁淑芳

专家联系方式:

专家工作单位: 河南省医疗器械检验所

专家意见:

目前, 国产产品在3D腰椎骨密度诊断
误差达不到15%; 骨密度数据没有
进口产品大, 不能满足特殊人群的
科学评价, 综上, 同意采购进口骨密
度检测仪器。

技术专家签字:

梁淑芳

2016年1月4日