

三、专家论证意见

专家姓名: 王连坤

专家联系方式:

专家工作单位: 华中科技大学

专家意见:

目前,国内同类产品密度一般不高于 DEXA.
椎体骨密度测量重复性误差一般在 2.5% 无
腰椎和髋部中国数据库,不能进行评价
对骨质疏松症的骨密度检查要求,国内产品
进行中。

技术专家签字:

王连坤

2016 年 1 月 4 日