

郑州市残疾人康复教育中心  
残疾人基本辅助器具适配项目（C包）

（采购编号：郑财招标采购-2023-209）

合  
同  
书

甲 方：郑州市残疾人康复就业服务中心

乙 方：北京健驰康复辅具有限公司

签约时间：2023年9月24日

签约地点：郑州经开区





# 郑州市残疾人康复就业服务中心 残疾人基本辅助器具适配项目 买卖合同

合同编号：郑财招标采购-2023-209-C

甲方（需方）：郑州市残疾人康复就业服务中心

乙方（供方）：北京健驰康复辅具有限公司

甲方就“郑州市残疾人康复教育中心残疾人基本辅助器具适配项目（包C）（以下简称为项目）”委托河南嘉之信工程咨询有限公司面向供应商进行了公开招标采购，乙方以总金额（人民币：陆拾伍万玖仟肆佰元整 ￥659400.00 元）（以下简称“合同价”）的价格中标。双方以上述事实为基础，签订本合同。

本合同在此声明如下：

1. 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。
2. 以下合同条款及附件与乙方投标文件均是本合同的有效组成部分，并与本合同具有同等约束力。

## 第一条 设备详情

序号	设备名称	品牌、型号	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	护理床	丹崧、SH01	张	230	1950	448500
2	防压疮床	粤华、QDC-501B	例	222	950	210900

合计	大写：陆拾伍万玖仟肆佰元整	小写：659400.00
----	---------------	--------------

注：以上设备价款即为合同价，不仅包含设备硬件、预装软件等，还包含运输、装卸、保险、安装调试、售后服务、培训等一切费用。甲方增减设备数量时，需在乙方发货前提出，并按照前述表格中对应的物品单价据实结算。

## 第二条 质量标准

设备质量标准按照国家标准、行业标准执行，以标准更高者为准。  
乙方对存在质量问题的设备负责调换或者退货。

## 第三条 乙方对质量负责的条件及期限及售后服务承诺

1. 提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件）。
2. 按照合同规定的时间和方式向甲方提供货物和服务。
3. 乙方提供的设备质保期为壹年。质保期自最终验收合格之日起计算。质保期内，设备出现非人为因素导致的故障时，乙方应免费修理和调换。
4. 响应时间：所有设备出现非人为损坏的问题时，须在接到甲方通知后 1 小时内响应，正常工作时间 4 小时内到达现场进行检修，非工作时间 12 小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过 24 小时。服务电话 13117530329 保持畅通。

全新合格设备在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

## 第四条 包装物及包装标准

1. 所供设备均为原厂、全新、原包装。
2. 带有包装物的设备、材料起吊或拆包装后，由乙方通知甲方进

行安装调试前的检验，符合包装标准后再行安装调试。

## 第五条 合理损耗标准及计算方法

设备在运输过程中不得有损毁和损耗，否则由乙方负责调换和补足。

## 第六条 交货

1. 交货地点：甲方指定地点。
2. 接货人：周老师，接货人联系方式：13949000611。
3. 甲方如果变更到货地点或接货人，应在本合同规定的交货日的3个工作日前书面通知乙方。
4. 交货方式：乙方送货至甲方到货地点，费用由乙方承担。
5. 设备验收合格前毁损、灭失的风险由乙方承担。

## 第七条 交货期限

自合同签订后30 日历天交货并完成安装调试。

## 第八条 验收

1. 验收分为初步验收和最终验收。甲方应当在货物到达交货地点3天内进行初步验收，在全部设备安装调试完毕后进行最终验收。
2. 甲方经初验发现设备质量、数量等不符合约定时，有权要求乙方予以更换和补足。甲方未检验或者未检验出问题的，并不免除乙方的质量、数量保证义务。
3. 初验过程中，双方因设备质量问题发生争议时，甲方有权委托

第三方检测或鉴定机构进行评定，如检测报告或鉴定结论认定货物存在质量问题时，检测或鉴定费用由乙方承担，反之，由甲方承担。甲方也可以邀请第三方机构参与初验，第三方机构的初验意见是乙方交货是否符合约定的重要依据。

4. 初步验收合格后，乙方方可进行安装调试。乙方将设备安装调试完毕后，甲方应在5个工作日内，严格按照合同的约定和约定的安装调试规范进行最终验收。

5. 最终验收合格时，甲方应及时签署《验收报告》。最终验收不合格，乙方应当立即进行整改并采取修理、更换、退货等补救措施。在甲方规定的期限内整改或采取补救措施后仍不能通过最终验收时，甲方有权解除合同，解除合同的相关事宜按《合同法》等法律法规的规定处理。乙方在约定时间内整改或采取补救措施后达到合格标准的，甲方为其签署验收合格报告，但乙方仍应承担由此产生的逾期交货违约责任。

## **第九条 全部设备的安装调试**

乙方严格按照招标文件的供货方案及计划，在交付货物时应向甲方提供货物的所有相关资料，并现场进行安装调试和培训，所有安装调试、培训等费用均由乙方承担，并保证设备正常运转，否则按不能交货对待。

## **第十条 货款支付**

全部设备验收合格之后，支付合同金额的95%，自验收合格并向甲方交付使用之日起1年后，支付剩余全部价款。

收款信息:

单位名称:	北京健驰康复辅具有限公司
开户行:	中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行
账号:	0200316809100285081
账号名称:	北京健驰康复辅具有限公司
统一社会信用代码:	91110400MAC6A7FC1L

### 第十一条 违约责任

1. 乙方逾期交货时,须按合同价款总额的日万分之五向甲方支付违约金。逾期交货超过三十日时,甲方除有权解除合同外,还有权要求乙方按照合同总价款的30%支付违约金,而无论甲方是否遭受实际损失。

2. 乙方交付的货物系假冒、伪劣产品的,须按照货物对应单价的三倍对甲方进行赔偿。

3. 甲方逾期付款时,每逾期一日,则应按照逾期金额的日万分之五向乙方支付违约金。

### 第十二条 通知与送达

1. 本协议履行过程中,一方按照本协议首页列明的通讯地址、联系电话、电子邮件等,采用邮寄、短信息、微信、电子邮件等方式向另一方发出通知或者文件时,均视为送达。

2. 一方通讯地址、联系电话或者电子邮件变更时,则应自变更之

日起三日内通知另一方。否则，一方按照原通讯地址、联系电话、电子邮件向对方发出通知或者文件时，仍视为送达。

### 第十三条 争议解决

双方因履行本合同而发生无法协商解决的纠纷时，则任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

如果因乙方原因发生诉讼，甲方所支付的诉讼费、律师费、公告费、差旅费等相关费用由乙方承担。

### 第十四条 协议生效

1. 本协议一式陆份，甲方持肆份，乙方持两份，自双方签字盖章之日起生效。

2. 未尽事宜，双方可另行协商补充，补充协议与本协议具有同等法律效力。

<p>甲方：郑州市残疾人康复就业服务中心</p> <p>地址：郑州市经济开发区第四大街64号</p> <p>法定代表人：周云水</p> <p>委托代理人：周云水</p> <p>签约时间：2023年9月24日</p>	<p>乙方：北京健驰康复辅具有限公司</p> <p>地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路16号1幢11层A座1110</p> <p>法定代表人：李帅</p> <p>委托代理人：武云召</p> <p>签约时间：2023年9月24日</p>
---	---

附件：设备技术参数

序号	货物名称	设备技术参数
1	护理床	<p>规格尺寸：整装规格：2080*970*500mm±5cm；            材质：主体优质冷轧钢、其次 ABS 塑料。            安全载重：≥200 kg            具体参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主体框架：采用优质冷轧钢型材，主梁使用 40*80*≥1.5mm 冷轧钢矩形管，经精加工焊接成型，坚固耐用，床体连接件均采用壁厚≥2.5mm 以上 U 型链接，链接冲压件支板采用≥3mm 冷板冲压成型。床架和床面采用机器人平铺满焊，焊接牢靠，焊接处平整光滑，加固耐用（需提供机器人焊接机证明发票）。</li> <li>2. 床架床体表面采用静电粉末喷涂技术，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色。</li> <li>3. 整床金属表面处理采用脱脂除油、清洗、中和处理、表面处理、烘干、静电粉末喷涂、高温烘烤固化等工序经全自动喷涂线而成，涂面附着力强，平整光滑，耐腐蚀，表面粉体涂料，高温喷涂后为象牙白色（需提供喷塑粉吸附固化硬度检测报告）。</li> <li>4. 床头尾板：采用 pp 原料材质挂卡式床头尾板材质，壁厚厚度≥1.5mm，加厚挂钩≥2.5mm 厚度，一次吹塑成型，床头尾下端四角带凹凸式防撞护角，能在静止或运动中有效保护床体和被撞物体，床尾配置亚克力卡槽。弧形设计，增强牵拉性能，可以一键锁定，方便拆卸。</li> <li>5. 床面板：面板采用厚度≥1.2mm 矩形 15mm*30mm 冷轧方管焊接而成，坚固耐用，经过合理的排版焊接加工成型，其表面采用先进的静电粉末喷涂技术，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色。</li> <li>6. 护栏：5 档可折叠护栏，连接部位使用≥2.0mm 厚度金属固定件，横杆采用 D 型铝合金，手把开关采用防夹手设计，外形光滑美观，立柱采用加厚 201 不锈钢材质，硬度高，不易变形，螺丝紧固安装，使用寿命长，满足不同护理人员的护理需要，不使用时可折叠与床边。</li> <li>7. 脚轮：采用 125mm 四轮独立刹车静音轮，外壳原包料注塑成型，脚轮外包裹防静电耐磨橡胶，防缠绕，无噪音，锁定稳固，便于移动。</li> <li>8. 起身功能：通过旋转摇柄可以在 0-75° ±5° 范围内背部升起，背部做起后背板两侧带防侧滑功能，防止患者坐起后往侧面滑倒，方便病人临床和护理生活起居。</li> <li>9. 起落腿功能：通过旋转摇柄可以在 0-30° ±5° 范围内腿部升起、0-70±5° 范围内腿部下落，方便病人临床和血液循环。</li> <li>10. 翻身功能：通过旋转摇柄可以使病人在 0-35° ±5° 左右翻身，</li> </ol>

		<p>从而促进病人背部、臀部血液循环，防止褥疮。</p> <p>11. 床脚：床脚采用冷轧钢方管 40*40*≥1.5mm 管材为主体，经过精密焊接加工而成。表面采用先进的静电粉末喷涂技术，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色。</p> <p>12. 便孔：手摇打开式，能够保证病人解决大小便的问题。</p> <p>13. 床垫：采用 6cm 床垫，整体规格为 1950mm*890mm*60mm±2cm。内部采用 4cm 天然海南椰棕与 2cm 海绵，与床面弯折匹配，棕板为机压材质环保 3E 椰丝棕板，经高温高压处理，经防虫蛀处理，海绵为 35 密度高回弹透气海绵，外套采用多棉布料，便孔部位采用 600D 防水无纺布，防水透气，便于护理擦洗，柔软舒适透气性好，具有防霉抗菌功能，耐磨防腐，带拉链可拆洗，整垫回弹性好，不易变形。</p> <p>14. 餐桌为 PP 塑料一次吹塑成型，自带卡扣设计，防水更耐用，完美贴合卡于护栏横杆，让使用者使用方便，护理更简单。</p>
2	防压疮床垫	<p>1.1. 床垫气条使用材料：优质尼龙复合医用级 PVC 布料，气条布料厚度：≥0.34mm</p> <p>1.2. 气条数量 18 条，带喷气微孔气条数量 8 条，叁管波动功能</p> <p>1.3. 床罩为尼龙 PU 钮扣式床罩面</p> <p>1.4. 每套配备备用气条 1 条，最大承受重量≥150kg</p> <p>1.5. 床席具有 CPR 快速放气功能，头枕功能</p> <p>1.6. 床席充气后尺寸（长*宽*高）：200*90*11CM±2cm</p> <p>1.7. 主机工作电压、频率：220V 50HZ，气泵压力范围：55~120mmHg，气泵流量范围：7~8 升/分钟</p> <p>1.8. 交替波动周期：10-12 分钟</p> <p>1.9 主机带静态功能按键</p> <p>1.10 气条材料通过生物兼容性检测，并能提供检测报告</p> <p>2、床垫配置</p> <p>2.1 床席 1 张</p> <p>2.2 主机 1 只</p> <p>2.3 备用气条 1 条</p> <p>2.4 保修卡 1 张</p> <p>2.5 合格证 1 张</p> <p>2.6 说明书 1 本</p>