

政府采购进口产品论证 专家签到表

2021 年 8 月 19 日

采 购 人	河南省儿童医院郑州儿童医院		
项目名称	河南省儿童医院郑州儿童医院第五批医疗设备采购项目		
专家信息			
姓 名	工作单位	专 业	联系电话
李 林	河南省儿童医院	医学	1352551644
李 强	河南省儿童医院	医学	1483817055
王 坤	河南省儿童医院	医学	13607666180
王 强	河南省儿童医院	医学	13903844416
梁 强	河南省儿童医院	医学	1350371984

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	河南省儿童医院郑州儿童医院
拟采购产品名称	骨科用C型臂、骨动力系统、高清手术监视系统
拟采购产品金额	¥12350000.00元
采购项目所属项目名称	河南省儿童医院郑州儿童医院第五批医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	¥23550000.00元
二、申请理由	
□1.中国境内无法获取:	
□2.无法以合理的商业条件获取:	
√3.其他。	
原因阐述:本次拟采购医疗设备进口设备与国产设备功能相比,进口设备具有精密度高、性能稳定、易操作、故障低等优点。国产设备在技术成熟度和质量上与进口产品仍存在一定差距,目前无法满足临床治疗的有效性。为提高我院诊疗水平,保障治疗成功率、效率 and 安全性,降低医疗风险,更好地为广大患者服务,建议采购进口产品。	
三、专家论证意见	
国产骨科C型臂 骨动力系统 产品存在分辨率低、图像范围范围小、帧率低、帧数低、帧长不足$\geq 200mm$; 特殊微动模式缺乏、达不到临床要求之至少二种模式、且存在稳定性差、故障率高、可维修性差。	
专家签字: 	
2021 年 8 月 19 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	河南省儿童医院郑州儿童医院
拟采购产品名称	骨科用C型臂、骨动力系统、高清手术监视系统
拟采购产品金额	¥12350000.00元
采购项目所属项目名称	河南省儿童医院郑州儿童医院第五批医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	¥23550000.00元
二、申请理由	
□1.中国境内无法获取:	
□2.无法以合理的商业条件获取:	
√3.其他。	
原因阐述:本次拟采购医疗设备进口设备与国产设备功能相比,进口设备具有精密度高、性能稳定、易操作、故障低等优点。国产设备在技术成熟度和质量上与进口产品仍存在一定差距,目前无法满足临床治疗的有效性。为提高我院诊疗水平,保障治疗成功率、效率 and 安全性,降低医疗风险,更好地为广大患者服务,建议采购进口产品。	
三、专家论证意见	
目前,国产的骨科C型臂为不兼容三轴下摆,及非磁屏蔽型用于MRI图像干扰问题;骨科动力系统不是为识别神经工作状态,以及抽取大骨动力驱动问题;高清手术监视系统中,国产识别系统尚不具备术中3维模式以及放大功能,自主应像放大功能,以及28帧/秒帧率,高清分析处理模式,为满足手术人处理复杂病人的工作要求,建议选择进口产品。	
专家签字:  2021年8月19日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	河南省儿童医院郑州儿童医院
拟采购产品名称	骨科用C型臂、骨动力系统、高清手术监视系统
拟采购产品金额	¥12350000.00元
采购项目所属项目名称	河南省儿童医院郑州儿童医院第五批医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	¥23550000.00元
二、申请理由	
□1.中国境内无法获取：	
□2.无法以合理的商业条件获取：	
√3.其他。	
原因阐述：本次拟采购医疗设备进口设备与国产设备功能相比，进口设备具有精密度高、性能稳定、易操作、故障低等优点。国产设备在技术成熟度和质量上与进口产品仍存在一定差距，目前无法满足临床治疗的有效性。为提高我院诊疗水平，保障治疗成功率、效率 and 安全性，降低医疗风险，更好地为广大患者服务，建议采购进口产品。	
三、专家论证意见	
骨科C臂进口的设备基础更扎实，性能更稳定，操作更方便，故障率低，使用寿命长，能够满足临床治疗的需要。国产设备在技术成熟度和质量上与进口产品仍存在一定差距，目前无法满足临床治疗的有效性。为提高我院诊疗水平，保障治疗成功率、效率 and 安全性，降低医疗风险，更好地为广大患者服务，建议采购进口产品。 专家签字：_____ 2021年8月17日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	河南省儿童医院郑州儿童医院
拟采购产品名称	骨科用C型臂、骨动力系统、高清手术监视系统
拟采购产品金额	¥12350000.00元
采购项目所属项目名称	河南省儿童医院郑州儿童医院第五批医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	¥23550000.00元
二、申请理由	
□1.中国境内无法获取:	
□2.无法以合理的商业条件获取:	
√3.其他。	
原因阐述:本次拟采购医疗设备进口设备与国产设备功能相比,进口设备具有精密度高、性能稳定、易操作、故障低等优点。国产设备在技术成熟度和质量上与进口产品仍存在一定差距,目前无法满足临床治疗的有效性。为提高我院诊疗水平,保障治疗成功率、效率 and 安全性,降低医疗风险,更好地为广大患者服务,建议采购进口产品。	
三、专家论证意见	
目前,国产C臂无法对称调节,三维透视效果与进口产品存在一定差距,骨动力系统在手机屏幕稳定性、动力线性寸进。产品存在一定差距,高清手术监视系统图像畸变,色还原度寸进。产品存在一定差距,不能满足儿童特殊病人检查治疗要求,同意采购进口产品。 专家签字:  2021年 8月 19日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	河南省儿童医院郑州儿童医院
拟采购产品名称	骨科用C型臂、骨动力系统、高清手术监视系统
拟采购产品金额	¥12350000.00元
采购项目所属项目名称	河南省儿童医院郑州儿童医院第五批医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	¥23550000.00元
二、申请理由	
□1.中国境内无法获取：	
□2.无法以合理的商业条件获取：	
√3.其他。	
原因阐述：本次拟采购医疗设备进口设备与国产设备功能相比，进口设备具有精密度高、性能稳定、易操作、故障低等优点。国产设备在技术成熟度和质量上与进口产品仍存在一定差距，目前无法满足临床治疗的有效性。为提高我院诊疗水平，保障治疗成功率、效率 and 安全性，降低医疗风险，更好地为广大患者服务，建议采购进口产品。	
三、专家论证意见	
该采购项目符合国家进口设备招标、有关法律、法规规定，不属于国家限制性进口设备。同意采购进口设备	
专家签字： 	
2021年 8月19日	