

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	河南省儿童医院郑州儿童医院
拟采购产品名称	多功能暖箱
拟采购产品金额	约 100 万元
采购项目所属项目名称	河南省儿童医院郑州儿童医院 2021 年新儿重症监护室购置
采购项目所属项目金额	约 200 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☐ 3. 其他。	
原因阐述: 一、进口多功能暖箱湿度能真实做到 95%，满足极低体重早产儿对湿度的高需求，并且有效控制箱内感染发生。二、100%温度恒定支持，减少温差波动，保护患儿神经，提升预后。国产暖箱温度波动大，不利与生长发育。三、进口多功能功能全面，能降低三分之二的挪动患儿操作，对于患儿的刺激最小。2，高精度度温度与湿度调节国内无法满足；4，防止热量流失，同时又可以满足早产儿快速变化的患儿需求。为了保证早产儿患儿的抢救，故申请购买早产儿用进口暖箱。	
三、专家论证意见 多功能暖箱主要用于重症病房的患儿，对温度和湿度要求较高，目前国产暖箱温度和湿度波动大，而进口产品支持 100% 温度恒定，功能全面，对患儿能有效控制箱内感染，因此同意采购进口产品。	
专家签字:	王亚 2021 年 11 月 5 日

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	河南省儿童医院郑州儿童医院
拟采购产品名称	多功能暖箱
拟采购产品金额	约 100 万元
采购项目所属项目名称	河南省儿童医院郑州儿童医院 2021 年第二批医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	约 2200 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☐ 3. 其他。	
原因阐述: 一、进口多功能暖箱湿度能真实做到 95%，满足极低体重早产儿对湿度的高需求，并且有效控制箱内感染发生。二、100%温度恒定支持，减少温差波动，保护患儿神经，提升预后。国产暖箱温度波动大，不利与生长发育。三、进口多功能功能全面，能降低三分之二的挪动患儿操作，对于患儿的刺激最小。2，高精度度温度与湿度调节国内无法满足；4，防止热量流失，同时又可以满足早产儿快速变化的患儿需求。为了保证早产儿患儿的抢救，故申请购买早产儿用进口暖箱。	
三、专家论证意见 该进口产品不属于国家禁止进口的产品。采购该产品符合《政府采购法》及相关政策的规定，同意采购进口产品。	
专家签字:	张平
2021 年 11 月 8 日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	河南省儿童医院郑州儿童医院
拟采购产品名称	多功能暖箱
拟采购产品金额	约 100 万元
采购项目所属项目名称	河南省儿童医院郑州儿童医院 2021 年新批设备采购项目
采购项目所属项目金额	约 2200 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☐ 3. 其他。	
原因阐述: 一、进口多功能暖箱湿度能真实做到 95%，满足极低体重早产儿对湿度的高需求，并且有效控制箱内感染发生。二、100%温度恒定支持，减少温差波动，保护患儿神经，提升预后。国产暖箱温度波动大，不利与生长发育。三、进口多功能功能全面，能降低三分之二的挪动患儿操作，对于患儿的刺激最小。2，高精度度温度与湿度调节国内无法满足；4，防止热量流失，同时又可以满足早产儿快速变化的患儿需求。为了保证早产儿患儿的抢救，故申请购买早产儿用进口暖箱。	
三、专家论证意见	
取同类型的相比，进口多功能暖箱的温度湿度控制精度更高，功能更全面，能满足早产患儿治疗需要。同意采购进口产品。	
专家签字:	陈永红
2021 年 11 月 3 日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	河南省儿童医院郑州儿童医院
拟采购产品名称	多功能暖箱
拟采购产品金额	约100.5万元
采购项目所属项目名称	河南省儿童医院新生儿重症监护室设备采购项目
采购项目所属项目金额	约2200.1万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☐ 3. 其他。	
原因阐述: 一、进口多功能暖箱湿度能真实做到 95%，满足极低体重早产儿对湿度的高需求，并且有效控制箱内感染发生。二、100%温度恒定支持，减少温差波动，保护患儿神经，提升预后。国产暖箱温度波动大，不利与生长发育。三、进口多功能功能全面，能降低三分之二的挪动患儿操作，对于患儿的刺激最小。2，高精度度温度与湿度调节国内无法满足；4，防止热量流失，同时又可以满足早产儿快速变化的患儿需求。为了保证早产儿患儿的抢救，故申请购买早产儿用进口暖箱。	
三、专家论证意见 进口产品在温度控制精确性和产品的稳定性方面较国产具有优势，同意购买进口产品。	
专家签字: 李东红	
2021 年 11 月 11 日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	河南省儿童医院郑州儿童医院
拟采购产品名称	多功能暖箱
拟采购产品金额	约 100 万元
采购项目所属项目名称	河南省儿童医院 2021 年新出生患儿救治能力提升项目
采购项目所属项目金额	约 2500 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☐ 3. 其他。	
原因阐述: 一、进口多功能暖箱湿度能真实做到 95%，满足极低体重早产儿对湿度的高需求，并且有效控制箱内感染发生。二、100%温度恒定支持，减少温差波动，保护患儿神经，提升预后。国产暖箱温度波动大，不利与生长发育。三、进口多功能功能全面，能降低三分之二的挪动患儿操作，对于患儿的刺激最小。2，高精度度温度与湿度调节国内无法满足；4，防止热量流失，同时又可以满足早产儿快速变化的患儿需求。为了保证早产儿患儿的抢救，故申请购买早产儿用进口暖箱。	
三、专家论证意见 进口多功能暖箱支持 100% 湿度恒定设置，其温度控制精度远优于国产设备，应予采购。	
专家签字:	
2021 年 11 月 11 日	